

**JU ZAVOD ZA HITNU
MEDICINSKU POMOĆ
KANTONA SARAJEVO**
Direktor Zavoda
Broj: 01-2909-3/19
Datum: 28.05.2019.g.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a., člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službene novine BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: **2909-2/19 od 22.05.2019.godine**, u postupku javne nabavke **1 /jednog/ poluautomatskog defibrilatora**, direktor Zavoda je donio

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 2909-2/19 od 22.05.2019.godine i ugovor za javnu nabavku **1 /jednog/ poluautomatskog defibrilatora**, dodjeljuje se ponuđaču BROMA BEL d.o.o Banja Luka, **ponuda broj: 376/19 od 15.05.2019.g.**, za **ponuđenu cijenu od 3.000,00 KM bez PDV-a, 3.510,00 KM sa PDV-om** kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču BROMA BEL d.o.o Banja Luka, po isteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba pravnih i kadrovskih poslova.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.hitnasa.com, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-2555/19 od 30.04.2019. godine.

Javna nabavka je sprovedena **Konkurentskim zahtjevom**.

Procijenjena vrijednost javne nabavke **bez PDV-a je 3.000,00 KM**.

Obavještenje o nabavci broj: 39-7-1-43-3-7/19 od 03.05.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01-2507/19 od 30.04.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je zapisnik o ocjeni ponuda broj:2909-1/19 od 22.05.2019.g. i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: **2909-2/19 od 22.05.2019.godine** u postupku javne nabavke **1 /jednog/ poluautomatskog defibrilatora**

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;
- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude; **Inel BH doo Maglaj, Bawarimed doo Banja Luka i Broma Bel doo Banja Luka**
- da su neblagovremeno zaprimljene 0 ponude;
- **da je ponuda ponuđača: Broma Bel doo Banja Luka, prihvatljiva**
- **da je ponuda ponuđača Inel BH doo Maglaj i Bawarimed doo Banja Luka, odbijena**

- Naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda, te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:

Ponuda ponuđača BAWARIAMED d.o.o ne ispunjava zahtjeve iz tehničke specifikacije/tenderske dokumentacije:

- Tenderskom dokumentacijom je traženo da se dostavi kopija Potvrde/Rješenja o upisu medicinskih sredstava u registar medicinskih sredstava kod ALMS BiH.
- Ponuđač BAWARIAMED d.o.o je dostavio Potvrdu o upisu medicinskih sredstava u registar medicinskih sredstava BiH kod ALMS BiH za sljedeće defibrilatore: PRIMEDIC HeartSave AED, PRIMEDIC HeartSave AS, PRIMEDIC HeartSave PAD. Međutim defibrilator PRIMEDIC HeartSave 6 koji je ponuđač ponudio u svojoj ponudi nije upisan u registar medicinskih sredstava kod ALMS BiH.
- Tehničkom specifikacijom za nabavku poluautomatskog defibrilatora je traženo da težina aparata bude maksimalno do 1.6 kg, dok je ponuđeni aparat ponuđača „Bawarimed d.o.o.“ težine oko 2 kg bez uključene baterije.
- Tehničkom specifikacijom je traženo da vrijeme punjenja aparata za isporuku energije bude

maksimalno 10 sekundi, dok je ponuđač „Bawarimed d.o.o.“ ponudio aparat čije je vrijeme punjena do 12 sekundi.

- Tehničkom specifikacijom je tražena maksimalna isporuka energije do 200 J, a aparat ponuđača „Bawarimed d.o.o.“ ima maksimalnu energiju do 360 J.

- Tražena tehnička specifikacija se od ponuđene tehničke specifikacije ponuđača „Bawarimed d.o.o.“ razlikuje u veličini ekrana, prikazu kapaciteta memorije na ekranu, tipu priključenih elektroda (djeca/odrasli), opsegu radne temperature. Uvidom u specifikaciju se nije moglo nedvosmisleno utvrditi da li ponuđeni aparat firme „Bawarimed d.o.o.“ ima opciju metronoma tj. zvučno vođene CPR metode i da li posjeduje mogućnost bezbjednog pražnjenja koja je tražena tehničkom specifikacijom. Tehničkom specifikacijom je traženo da defibrilator posjeduje IP54 standard zaštite, a aparat ponuđača „Bawarimed“ d.o.o posjeduje IP55 standard zaštite.

Ponuda ponuđača „INEL BH“ d.o.o nije prihvatljiva iz razloga što ponuđena roba nije usklađena sa zadatim tehničkim karakteristikama, odnosno:

Tehničkom specifikacijom je tražena maksimalna isporuka energije do 200 J, a aparat ponuđača „INEL BH“ d.o.o.“ ima maksimalnu energiju do 360 J.

- Tehničkom specifikacijom za nabavku defibrilatora je traženo da težina aparata bude maksimalno do 1.6 kg, dok je ponuđeni aparat ponuđača „INEL BH“ d.o.o. težine 3,5 kg bez uključene baterije.

- Tehničkom specifikacijom je traženo da defibrilator posjeduje IP54 standard zaštite, a aparat ponuđača „INEL BH“ d.o.o posjeduje IP55 standard zaštite.

-Tehničkom specifikacijom je traženo da defibrilator mora da posjeduje integrisani displej sa pozadinskim osvjetljenjem minimalne dimenzije 100x 35 mm, dok aparat ponuđača INEL BH posjeduje dimenzije 120 mm x 89 mm.

-Tehničkom specifikacijom je traženo da defibrilator posjeduje memorijsku karticu ili internu memoriju za snimanje: minimalno 90 minuta ambijentalnog zvuka i minimalno 400 događaja, dok aparat ponuđača INEL d.o.o posjeduje kapacitet memorije za dva pacijenta, najmanje 40 minuta EKG-a i 100 unosa s vremenskim oznakama u zapisniku događaja.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor Zavoda nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog **najniže cijene**

Naziv / ime ponuđača		Ukupna cijena ponude
1.	BROMA BEL d.o.o Banja Luka	3.510,00 KM sa PDV-om
2.		
3.		
4.		
5.		

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:
- ponuđačima
- Arhiva

