



JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
Bulevar Meše Selimovića broj 2, 71000 SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA

Tel.: +387 33 712 445, 521 300, 714 825

Kantonalni sud u Sarajevu pod UF/I-298/02

Fax: +387 33 712 445, 712 446

Registarski broj: 1708112535, Identifikacioni broj: 4200298890007

E-mail: zzmrs@bih.net.ba, zzm@bih.net.ba

Poreski broj: 01632007, Ident.br.PDV: 200298890007

Web: www.medicinarada.com.ba

Raiffeisen bank: 1610000010070066, UniCredit Bank: 3383202200468289

Intesa Sanpaolo banka : 1540012000092634

Broj: 01-08-447-5/17

Sarajevo, 06.06.2017.godine

Na osnovu člana 70.-71. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), te na osnovu člana 35.-36. Statuta Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo, direktor Zavoda na prijedlog Komisije imenovane Odlukom od broj: 01-08-447-2/17 od 16.05.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

I

Za najpovoljniju ponudu za nabavku roba na osnovu konkurentskog zahtjeva, pod nazivom „Nabavka medicinskog aparata za Internistički kabinet – 3/6/12 kanalni EKG aparat“, putem Poziva za dostavu ponuda broj 01-08-447-3/16 od 18.05.2017. godine i Obavještenja o nabavci, broj: 755-7-1-47-3-3/17 od 18.05.2017. godine izabran je slijedeći ponuđač

“BROMA BEL“ d.o.o. Banja Luka

II

Zadužuju se nadležne Službe da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od donošenja ove Odluke, istu dostave ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

U predmetnom postupku javne nabavke usluga pod nazivom „Nabavka medicinskog aparata za Internistički kabinet – 3/6/12 kanalni EKG aparat“, putem Poziva za dostavu ponuda broj: 01-08-447-3/17 od 18.05.2017. godine i Obavještenja o nabavci, broj: 755-7-1-47-3-3/17 od 18.05.2017. godine ponudu su blagovremeno dostavili slijedeći ponuđači:

1. BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 3.831,00 KM bez PDV-a
3. EMEDING d.o.o Sarajevo 1.880,00 KM bez PDV-a

Komisija za javne nabavke Ugovornog organa izvršila je pregled i ocjenu primljenih ponuda i utvrdila da ponuđač „Emeding“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjava uslove iz slijedećih razloga:

- Nije dostavio tražene dokumente za učešće i potrebne dokaze tenderske dokumentacije pod tačkom 4.1.5 u kojoj se traži da ponuđač dostavi odgovarajući dokaz, spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. stav (2) ovog zakona, tj. da dostavi potvrdu o uredno provedenim ugovorima.
- Ne ispunjava uslove iz tehničke specifikacije gdje je u Obrascu za cijenu ponude, pod tačkom 19. zahtjevano da aparat mora da posjeduje integrisani tromboliza softver. Ponuđač „Emeding“ d.o.o. Sarajevo je u Obrascu za cijenu ponude naveo da aparat posjeduje traženi softver, ali uvidom u originalnu brošuru ponuđenog aparata ustanovljeno je da aparat ne podržava tromboliza softver, iz čega proizilazi da ponuda ponuđača „Emeding“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtjevane uslove tehničke specifikacije.

