

15-04-2019

Sarajevo,

Broj:

02-03-19759

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl.novine FBiH br. 73/13), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (br.0202-14544/17) na prijedlog Komisije za javnu nabavku Izvještaj br. 03-06-19114 od 11.04.2019.godine, Generalna direktorica donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektroencefalograma (EEG-a) sa videografijom za potrebe Klinike za neurologiju KCUS-a

I

Prihvata se prijedlog Komisije za nabavku **elektroencefalograma (EEG-a) sa videografijom za potrebe Klinike za neurologiju KCUS-a**, po Izvještaju br. 03-06-19062 od 11.04.2019.godine, nakon provedenog konkurentskog zahtjeva i ugovor dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču:

SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo

Elektroencefalograma (EEG-a) sa videografijom

- Vrijednost ugovora iznosi: **49.900,00 KM bez PDV-a + 8.483,00 KM PDV-a = 58.383,00 KM sa PDV-om**
- Zemlja porijekla i proizvođač: Republika Češka/DAYMED DIAGNOSTIC s.r.o.
- Tip ponuđenog: - TRUESCAN LT
- Uslovi plaćanja: odgođeno plaćanje u roku 60 dana, od dana isporuke, montaže, puštanja u rad i ispostavljanja fakture.
- Rok isporuke, montaže i puštanja opreme u rad maksimalno 60 dana od prijema narudžbenice.
- Garancija na isporučenu opremu: 12 mjeseci od dana isporuke i puštanja u rad.

II

Izabrani ponuđač dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostaviti original ili ovjerene kopije dokaza tražene tačkom 2.2. Tenderske dokumentacije, u skladu sa dostavljenom Izjavom ponuđača, ne stariji od 3 mjeseca računajući od momenta predaje ponude.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranici KCUS-a putem web stranice Kantona Sarajevo istovremeno sa dostavljanjem ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

O B R A Z L O Ž E N J E

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.02-03-13672 od 02.03.2019.godine i ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 50.000,00 KM sa PDV-om, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je 15.03.2019. godine objavio Obavještenje o nabavci broj: 893-7-1-177-3-11/19 na portalu e-nabavke zajedno sa Tenderskom dokumentacijom za nabavku Elektroencefalograma (EEG-a) sa videografijom za potrebe Klinike za Neurologiju KCUS-a putem konkurentskog zahtjeva. Nabavka je planirana privremenim Planom javnih nabavki za 2019.godinu pod klasifikacijom robe- investicije, red.br. 8 (Odluka o usvajanju izmjene i dopune privremenog Plana javnih nabavki KCUS-a za 2019.godinu br.318/18; protokol br.02-01-67042 od 25.12.2018.godine). Sredstva za nabavku su obezbjeđena/izdvojena iz namjenskih sredstava Discipline za nauku i nastavu. Za postupak nabavke predviđeni uslovi plaćanja su u roku od 60 dana, od dana isporuke, montaže, puštanja u rad i ispostavljanja fakture.

Obzirom da je dokumentacija za postupak nabavke, objavljena na portalu e-Nabavke istu je preuzelo 10 (deset) ponuđača, a do krajnjeg roka određenog za prijem ponuda, 28.03.2019. godine do 10 h i 30 min, dostavljene su 2 (dvije) ponude ponuđača: SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo u iznosu od: 49.900,00 KM bez PDV-a i INEL BH d.o.o. Sarajevo u iznosu od 49.999,00 KM bez PDV-a.

Na osnovu obavještenja o nabavci i Tenderske dokumentacije objavljene na portalu e-Nabavke Komisija imenovana Odlukom broj: 02-03-15646 od 26.03.2019.godine je izvršila uvid i provjeru svakog dostavljenog dokumenta i ustanovila slijedeće:

- Ponuda ponuđača SONO MEDICAL, prema dostavljenoj ponudi, kataloškom (prospektnom) materijalu ponuđač je ponudio EEG uređaj TRUSCAN LT proizvođača DEYMED; Na Aneksu 3 – Tehnička specifikacija u dijelu potvrda tehničkih karakteristika gdje je ponuđen odgovor DA i NE ponuđač je za sve stavke Tehničke specifikacije upisao „DA“. Na osnovu analize ponude Komisija je konstatovala da ponuda ponuđača SONO MEDICAL D.O.O. sadrži sve tražene elemente ponude i ispunjava formalno pravne i suštinske zahtjeve postavljene tenderskom dokumentacijom, te je ponuda prihvatljiva i može biti predmet vrednovanja.
- Ponuda ponuđača INEL BH, prema dostavljenoj ponudi, kataloškom (prospektnom) materijalu ponuđač je ponudio EEG uređaj BQ ACQ DV SD Plus Series proizvođača MIKROMED;
- Na Aneksu 3 – Tehnička specifikacija u dijelu potvrda tehničkih karakteristika gdje je ponuđen odgovor DA i NE ponuđač je za sve stavke Tehničke specifikacije upisao „DA“.
- Na trećoj stranici Anexa 3 Tehničke specifikacije naglašeno je slijedeće: Obavezno dostaviti kataloški prospektni materijal sa obilježenim tehničkim karakteristikama, što je ponuđač djelimično uradio;
- Stavka 4.17 - Ponuđač je dostavio katalošku dokumentaciju u kojoj se vidi Trolley na kome je montirana jedna kamera, što nije u skladu sa traženom Tenderskom dokumentacijom. Traženo je: Dual video sistem sa pratećim softverom za kontinuirano snimanje i integrisanje sa EEG snimkom;
- Stavka 4.26 - Konekcija amplifire/headbox to Record station DUAL OPTICAL sa automatskom detekcijom artifaktnih šumova te osiguran rad sa minimalnim smetnjama ili ekvivalent. Ponuđač je dostavio katalošku dokumentaciju u kojoj je označeno da je konekcija interfejsa „USB“, a ne optička kako je traženo Tenderskom dokumentacijom;
- Stavka 4.27 - Napajanje headbox/amplifire sopstvena baterija Li-on. Ponuđač je dostavio „mogućnost napajanja pojačivača preko Li on baterija“ bez bilo kog opisa što nije u skladu sa traženom Tenderskom dokumentacijom;
- Stavka 4.28 - Baterija Li-on punjiva putem smart punjača. Ponuđač je dostavio „mogućnost napajanja pojačivača preko Li on baterija“ bez bilo kog opisa što nije u skladu sa traženom Tenderskom dokumentacijom;
- Stavka 4.41 - Zaseban Trolley na točkovima sa zasebnim nosačima za headbox i foto lampu. Ponuđač je dostavio prospekt u kojem se vidi zaseban Trolley samo za fotolampu što nije u skladu sa Tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dostavio prospekt u kojem se vidi da je nosač headboxa integriran sa kolicima za EEG sistem, a ne na zasebnom Troleju što nije u skladu sa traženom Tenderskom dokumentacijom;
- Stavka 4.42 - Zaseban Trolley na točkovima sa nosačima za DUAL video sistem. Ponuđač je dostavio prospekt u kojem se vidi da DUAL sistem nije na zasebnom Troleju već je integriran sa kolicima za EEG sistem što nije u skladu sa traženom Tenderskom dokumentacijom;
- Stavka 4.45 - Kolica treba da posjeduju rotirajuću policu za aksesoare. Ponuđač je dostavio prospekt u kojem se vidi da kolica nisu opremljena rotirajućom policom za aksesoare, što nije u skladu sa traženom Tenderskom dokumentacijom; Iz navedenih razloga ponuda se smatra tehnički neprihvatljivom i ne uzima se u dalje razmatranje.

Za ovaj postupak javne nabavke planirano je provođenje e-aukcije, ali u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, član 3. Stav 3) u kojem je regulisano kako se e-aukcija ne može provesti u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, **postupak se okončava u skladu sa članom 69. ZJN.**

Obzirom da je cijena prihvatljive ponude u okviru osiguranih sredstava za nabavku, Komisija je Izvještajem br. 03-06-19114 od 11.04.2019.godine dala prijedlog, da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovor dodjeli ponuđaču SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo.

Prijedlog Komisije je prihvaćen i donijeta je odluka kao u dispozitivu.



GENERALNA DIREKTORICA

Prof.dr. Sebija Izetbegović

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Handwritten signature in blue ink.