

Sarajevo, 12-03-2020
Broj: 31-04-4-13406

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl.novine FBiH br. 73/13), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (br.0202-14544/17) na prijedlog Komisije za javnu nabavku Izvještaj br. 10-334-12755 od 10.03.2020 godine, Generalna direktorica donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku aparata za mehaničku ventilaciju uz prateći monitoring
za potrebe Discipline za zdravlje djeteta i Klinike za infektivne bolesti

I

Prihvata se prijedlog Komisije za nabavku aparata za mehaničku ventilaciju uz prateći monitoring za potrebe Discipline za zdravlje djeteta i Klinike za infektivne bolesti, po Izvještaju br. 10-334-12755 od 10.03.2020 godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke sa međunarodnom objavom i ugovor dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču:

- PROMA d.o.o. Sarajevo

za lot 1. Nabavka visokofrekventnog ventilatora (respiratora) za ventilaciju djece i odraslih; Servo-n Maquet Getinge (kom 3 x 83.200,00 KM + PDV)

Ukupna vrijednost: 249.600,00 KM + PDV 42.432,00 KM = 292.032,00 KM sa PDV-om

- Plaćanje u roku 60 dana od dana isporuke, montaže, puštanja u rad i obavljene obuke, te ispostavljanja fakture.

- Garancija u trajanju od 12 mjeseci koja teče od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji.

- Rok isporuke: do 2 (dva) mjeseca od dana potpisivanja ugovora i izdavanja narudžbenice.

i

- SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo

za Lot 2 - Nabavka ventilatora (respiratora) za ventilaciju djece i odraslih; Mindray SV600 (kom 3 x 51.333,33 KM + PDV)

Ukupna vrijednost: 154.000,00 KM + PDV 26.180,00 KM = 180.180,00 KM sa PDV-om

za Lot 3 - Nabavka neonatalnog ventilatora (respiratora) za ventilaciju novorođenčadi; Mindray SV600 (kom 4 x 56.000,00 KM + PDV)

Ukupna vrijednost: 224.000,00 KM + PDV 38.080,00 KM = 262.080,00 KM sa PDV-om

za Lot 4 - Nabavka monitora za praćenje vitalnih funkcija (10 kom); Mindray ePM 15

(TIP 1/ kom 8 x 5.316,67 KM + PDV i TIP 2/ kom 2 x 6.233,33 KM + PDV)

Ukupna vrijednost: 55.000,00 KM + PDV 9.350,00 KM = 64.350,00 KM sa PDV-om

- Plaćanje u roku 60 dana od dana isporuke, montaže, puštanja u rad i obavljene obuke, te ispostavljanja fakture.

- Garancija u trajanju od 12 mjeseci koja teče od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji.

- Rok isporuke: do 2 (dva) mjeseca od dana potpisivanja ugovora i izdavanja narudžbenice

II

Izabrani ponuđači dužni su u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostaviti original ili ovjerene kopije dokaza tražene tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije, ukoliko isto nisu predali uz ponudu, a u skladu sa dostavljenom Izjavom ponuđača, ne starijih od 3 mjeseca računajući od momenta predaje ponude.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici KCUS-a putem web stranice Kantona Sarajevo istovremeno sa dostavljanjem ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Odluke br. 02-03-65289 od 17.12.2019 godine, pokrenut je (ponovljeni) postupak javne nabavke aparata za mehaničku ventilaciju uz prateći monitoring za potrebe Discipline za zdravlje djeteta i Klinike za infektivne bolesti sa procijenjenom vrijednosti nabavke u iznosu 705.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 825.000,00 KM sa PDV-om. Postupak nabavke je podjeljen u 4 (četiri) lota sa procijenjenim vrijednostima u iznosu od: za lot 1. =250.000,00 KM bez PDV-a; za lot 2. =156.000,00 KM bez PDV-a; za lot 3. = 224.000,00 KM bez PDV-a i za lot 4. =75.000,00 KM bez PDV-a. Nabavka je planirana Planom javnih nabavki za 2019. god. (Odluka UO broj:422/19 protokol br. 02-01-43259/19 godine; pod klasifikacijom investicije-robe redni broj 67).

Sredstva u iznosu 825.000,00 KM obezbijedena su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019 godinu, akt Ministarstva zdravstva KS broj: 10-14-29241-1/19 i 10-14-29241-2/19 (Odluka UO o usvajanju izmjene i dopune Plana JN za 2019 godinu broj: 422/19 -protokol br.02-01-43259/19) .

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu ja dana 08.01.2020. godine na portalu e-Nabavke, objavio Obavještenje o nabavci br. 893-1-1-3-3-3/20 zajedno sa tenderskom dokumentacijom. Sa portala e-Nabavke Tendersku dokumentaciju za predmetni postupak nabavke je preuzelo 19 (devetnaest) potencijalnih ponuđača. Do krajnjeg roka određenog za prijem ponuda, 24.02.2020. godine do min dostavljene su 4 (četiri) ponude ponuđača : 1. Inel BH d.o.o. Maglaj, 2. Hercegovinalijek d.o.o. Mostar, 3. Sono medical d.o.o. Sarajevo, 4. Proma d.o.o. Sarajevo

Komisija imenovana Odlukom broj: 01-04-4-9468 od 20.02.2020 godine je izvršila uvid i provjeru svakog dokumenta iz dostavljenih ponuda, te ocijenila formalnu, suštinsku i tehničku valjanost, a polazeći od zahtijevane dokumentacije.

Analizom dokumentacije pristiglih ponuda utvrđeno je da:

Sve dostavljene ponude ispunjavaju formalno-pravne zahtjeve tenderske dokumentacije.

Tehničke zahtjeve postavljene tenderskom dokumentacijom ne ispunjavaju ponude ponuđača:

1. INEL BH d.o.o Maglaj

za lot 3. Nabavka neonatalnog ventilatora (respiratora) za ventilaciju novorođenčadi (4 kom):

Predmet nabavke u ovom lotu je neonatalni ventilator (respiratora) za ventilaciju novorođenčadi i namijenjen je invazivnoj i neinvazivnoj ventilaciji neonatalnih pacijenata i djece. Ponuđač Inel BH d.o.o. je ponudio aparat proizvođača IMT Medical Švicarska tip: Bellavista 1000, za koji je Komisija, na osnovu uvida u dostavljenu katalošku dokumentaciju, konstatovala da ne zadovoljava određene tehničke zahtjeve iz specifikacije:

3.1 Volumenom podržana /kontrolisana ventilacija; prema kataloškoj dokumentaciji nema za neonatuse

3.6 SIGH ventilacioni mod; prema kataloškoj dokumentaciji nema za neonatuse

3.7 Adaptivni minutni volumen AMV sa mogućnošću automatskog izbora tidalnog volumena (TV) i broja udisaja „respiratory rate“ (RR), I:E nakon postavljenog željenog ciljnog MV; prema kataloškoj dokumentaciji nema za neonatuse

6.4 Automatska kompenzacija otpora u crijevima; prema kataloškoj dokumentaciji nema za neonatuse

6.5 Respirator posjeduje raspršivač (nebulajzer) čiji se rad direktno kontroliše i programira sa upravljačkog interfejsa ventilatora; prema kataloškoj dokumentaciji nema za neonatuse.

Iz navedenih razloga **ponuda ponuđača „Inel BH“ d.o.o. za lot 3. nije prihvatljiva i nije učestvovala u daljem toku natjecanja.**

2. HERCEGOVINALIJEK d.o.o Mostar

za Lot 1. Nabavka visokofrekventnog ventilatora (respiratora) za ventilaciju djece i odraslih (3 kom) ;

jer je ponuđač ponudio aparat proizvođača Drager Njemačka tip “Babylog VN500” koji ne ispunjava uslove za koje je i sam ponuđač naveo “NE”,a koji se odnose na sljedeće redne brojeve Tehničke specifikacije:

2.2 Ventilator treba da pokriva standardne ventilacione načine rada (volumenom kontrolisana ventilacija, pritiskom kontrolisana ventilacija, pritiskom podržana ventilacija), te uz to da ima i mogućnost za neuralno kontrolisano disanje, kao i kombiniranu ventilaciju.

3.2 Elektro napajanje

Osnovno napajanje: monofazni priključak 220V, 50 Hz

Pomoćno napajanje: baterijsko napajanje, u standardnoj konfiguraciji sa garantovanih minimalnih 60 minuta nezavisnog rada uz mogućnost povećanja kapaciteta eksternom baterijom

3.7 Trigerovanje. Da uređaj posjeduje opciju “okidanja” (engl. “trigger”) na osnovu podešenog protoka i pritiska, kao i neuralnog Edi signala

3.8 Mjerenje protoka i volumena pomoću netrošivog ultrasoničnog senzora

3.9 Uređaj mora imati softver za neuralno kontrolisano disanje koje poboljšava sinhronizaciju između pacijenta i uređaja, i koji je dostupan i za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju.

4.2 Volumenom kontrolisana ventilacija („Volume Control“, skr. „VC“). Neinvazivna podrška pritiskom

4.9 Neuralno kontrolisana podrška pritiskom

4.10 Neinvazivna neuralno kontrolisana podrška pritiskom

4.17 PEEP (inv) : min 1-50 cmH2O; PEEP (neinv) : min 2-20 cmH2O

5.5 Uz isporučene respiratore dobavljač mora isporučiti jedan sistem za neuro-asistiranu ventilaciju koji se sastoji od modula za praćenja živčanog impulsa

Za Lot 2. Nabavka ventilatora (respiratora) za ventilaciju djece i odraslih (3 kom); jer je ponuđač ponudio aparat proizvođača Drager Njemačka tip “EVITA V500” koji ne ispunjava uslove za koje je i sam ponuđač naveo “NE”,a koji se odnose na sljedeće redne brojeve Tehničke specifikacije:

1.3. Oprema mora zadovoljiti sljedeće regulative i specifikacije: - ISO 80601-2-12:2011 ; - ISO 80601-2-55:2011 (jer ponuđeni aparat nema opciju puls oximetrije)

2.5 Elektro napajanje : Osnovno napajanje: monofazni priključak 220V, 50 Hz ; Pomoćno napajanje: baterijsko napajanje, u standardnoj konfiguraciji sa garantovanih minimalnih 60 minuta nezavisnog rada uz mogućnost povećanja kapaciteta eksternom baterijom

3.7 Adaptivni minutni volumen AMV sa mogućnošću automatskog izbora tidalnog volumena (TV) i broja udisaja „respiratory rate“ (RR), I:E nakon postavljenog željenog ciljnog MV

5.1 Rinsp ; Rexp ; Cstat

6.2 WOB

Za Lot 3. Nabavka neonatalnog ventilatora (respiratora) za ventilaciju novorođenčadi (4 kom); jer je ponuđač ponudio aparat proizvođača Drager Njemačka tip “EVITA V500” koji ne ispunjava uslove za koje je i sam ponuđač naveo “NE”, a koji se odnose na sljedeće redne brojeve Tehničke specifikacije:

1.3. Oprema mora zadovoljiti sljedeće regulative i specifikacije: - ISO 80601-2-12:2011 ; - ISO 80601-2-55:2011 (jer ponuđeni aparat nema opciju puls oximetrije)

2.5 Elektro napajanje : Osnovno napajanje: monofazni priključak 220V, 50 Hz ; Pomoćno napajanje: baterijsko napajanje, u standardnoj konfiguraciji sa garantovanih minimalnih 60 minuta nezavisnog rada uz mogućnost povećanja kapaciteta eksternom baterijom

3.7 Adaptivni minutni volumen AMV sa mogućnošću automatskog izbora tidalnog volumena (TV) i broja udisaja „respiratory rate“ (RR), I:E nakon postavljenog željenog ciljnog MV

5.1 Rinsp ; Rexp ; Cstat

6.2 WOB

Iz navedenih razloga **ponuda ponuđača „Hercegovinalijek“ d.o.o. za lot 1, lot 2 i lot 3 nije prihvatljiva i nije učestvovala u daljem toku natjecanja.**

-Ostale dostavljene ponude ispunjavaju i tehničke zahtjeve za sve lotove koje su ponudili, pa mogu biti predmet vrednovanja i učestvuju u daljem toku natjecanja.

- Za predmetnu javnu nabavku predviđena je primjena e-aukcije, a isto je navedeno u tenderskoj dokumentaciji kao i u Obavještenju o nabavci broj: 893-7-1-893-1-1-3-3-3/20 od 08.01.2020 godine

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, član 3. Stav 3) reguliše da se e-aukcije ne može provesti u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. ZJN.

Imajući u vidu navedeno, Komisija je predložila da se :

-za lot 1. Nabavka visokofrekventnog ventilatora (respiratora) za ventilaciju djece i odraslih (3 kom) ; ugovor dodijeli jedinom ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu **Proma d.o.o. Sarajevo**, po cijeni 249.600,00 KM bez PDV-a. -za lot 3. Nabavka neonatalnog ventilatora (respiratora) za ventilaciju novorođenčadi (4 kom); ugovor dodijeli jedinom ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu **Sono medical d.o.o. Sarajevo** po cijeni 224.000,00 KM bez PDV-a.

Dalje, Komisija je konstatovala da se e-aukcija zakaže **za lot 2.** Nabavka ventilatora (respiratora) za ventilaciju djece i odraslih (3 kom) **sa ponuđačima Inel BH d.o.o. Maglaj i Sono medical d.o.o. Sarajevo**, te za **lot 4.** Nabavka monitora za praćenje vitalnih funkcija (10 kom) **sa ponuđačima Hercegovinalijek d.o.o. Mostar i Sono medical d.o.o. Sarajevo** bez primjene preferencijalnog tretmana domaćeg.

Nakon završetka e-aukcije za svaki Lot pojedinačno Komisija je u Izvještaju sačinila rang listu sa tabelarnim prikazom.

Imajući u vidu naprijed navedeno Komisija je Izvještajem br. 10-334-12755 od 10.03.2020. godine predložila da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovor dodjeli ponuđaču **Sono medical d.o.o Sarajevo** za Lot 2 i Lot 4.

Prijedlog Komisije je prihvaćen i donosi se odluka kao dispozitiv



POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Dostaviti:

- Ponuđačima;
- Tehnički sektor
- a/a KCUS