



10-12-2020

Sarajevo,

Broj: 01-11-3-57648

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke (br. Izvještaja Komsije broj 10-33-4-56189 od 03.12.2020 godine), Generalna direktorica donosi:

### ODLUKU

o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku  
„Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/20/2020“

#### I

Prihvata se preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke i okvirni sporazumi za nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/20/2020“:

#### „SPEKTROLAB“d.o.o.

Za LOT 1 prema ponudi broj 10-11-3-44006 od 01.10.2020 godine;

#### „SEMIKEM“d.o.o.

Za LOT 3, 45 prema ponudi broj 10-11-3-39056 od 01.09.2020 godine i dopuni ponude broj 10-11-3-41653 od 17.09.2020. godine;

#### „BROMA BEL“d.o.o.

Za LOT 4, 10, 55 prema ponudi broj 10-11-3-44007 od 01.10.2020 godine;

#### „DIAHEM“d.o.o.

Za LOT 9, 26, 30 prema ponudi broj 10-11-3-44228 od 02.10.2020 godine;

#### „ENA“d.o.o.

Za LOT 15, 16, 19, 21, 23, 24, 44, 46 prema ponudi broj 10-11-3-44115 od 01.10.2020 godine;

#### „MEDICOM“d.o.o.

Za LOT 29, 35 prema ponudi broj 10-11-3-44231 od 02.10.2020 godine;

**„MIKRO+POLO“d.o.o.**

Za LOT 31, 38, 40, 42, 43 prema ponudi broj 10-11-3-44244 od 02.10.2020 godine;

**„BIOSISTEMI“d.o.o.**

Za LOT 37, 39, 49, 50, 53, 54, 56 prema ponudi broj 10-11-3-44285 od 01.10.2020 godine;

**II**

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada u svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

**III**

Obavezuju se ponuđači iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od prijema ove Odluke dostave dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na centralni protokol ugovornog organa, sa obaveznom naznakom broja obavještenja na koji se isti odnose. Ukoliko su isti sastavni dio dostavljene ponude o istom obavezan je pismenim putem obavjestiti Ugovorni organ.

U slučaju da izabrani ponuđač propusti da dostavi dokaze o kvalifikiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze ova Odluka će se poništiti.

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

**O B R A Z L O Ž E N J E**

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je na portalu Agencije za javne nabavke, e-nabavke, objavio obavještenje o nabavci broj 893-1-1-590/20 objavljeno na portalu E-nabavke 18.08.2020. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je dana 02.10.2020 godine u 11<sup>00</sup> u prostorijama Tehničkog sektora lokalitet bivša Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju KCUS-a.

Javnom otvaranju ponuda prisustvovali su članovi Komisije, sekretar Komisije i referent Protokola.

Od službe Centralnog protokola preuzeto je devet (9) ponuda koje su blagovremeno podnijete, uredno zapečaćene, protokolirane i obilježene po redoslijedu prispjeća, od strane sljedećih ponuđača:

1	10-11-3-39056 10-11-3-41653	SEMIKEM d.o.o. Sarajevo SEMIKEM d.o.o. Sarajevo - dopuna	01.09.2020. – 09:20 17.09.2020. – 09:05
2	10-11-3-44006	SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka	01.10.2020. – 09:06
3	10-11-3-44007	BROMA BEL d.o.o. Banja Luka	01.10.2020. – 09:08
4	10-11-3-44115	ENA d.o.o. Sarajevo	01.10.2020. – 13:30
5	10-11-3-44212	SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo	01.10.2020. – 15:15
6	10-11-3-44228	DIAHEM d.o.o. Sarajevo	02.10.2020. – 08:30
7	10-11-3-44231	MEDICOM d.o.o. Bijeljina	02.10.2020. - 08:57
8	10-11-3-44244	MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo	02.10.2020. – 09:34
9	10-11-3-44285	BIOSISTEMI d.o.o. Sarajevo	01.10.2020. – 09:55

Komisija je konstatovala da su ponude blagovremene, te je pristupila otvaranju istih i svi dokumenti u ponudama su parafirani od strane svih članova Komisije i ovjereni pečatom KCUS od strane referenta Protokola.



Otvaranje ponuda je završeno u 12<sup>30</sup> sati.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda je dostavljen putem fax-a svim ponuđačima, što su ponuđači i potvrdili.

### PONUDE KOJE SU PRIHVAĆENE ZA DALJNJU ANALIZU I EVALUACIJU

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da su kvalificirani ponuđači za dalju ocjenu i vrednovanje prema kriterijima iz tenderske dokumentacije i uporedbu radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za traženo niže navedeni ponuđači:

1	10-11-3-39056 10-11-3-41653	SEMIKEM d.o.o. Sarajevo SEMIKEM d.o.o. Sarajevo - dopuna	01.09.2020. – 09:20 17.09.2020. – 09:05
2	10-11-3-44006	SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka	01.10.2020. – 09:06
3	10-11-3-44007	BROMA BEL d.o.o. Banja Luka	01.10.2020. – 09:08
4	10-11-3-44115	ENA d.o.o. Sarajevo	01.10.2020. – 13:30
5	10-11-3-44212	SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo	01.10.2020. – 15:15
6	10-11-3-44228	DIAHEM d.o.o. Sarajevo	02.10.2020. – 08:30
7	10-11-3-44231	MEDICOM d.o.o. Bijeljina	02.10.2020. - 08:57
8	10-11-3-44244	MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo	02.10.2020. – 09:34
9	10-11-3-44285	BIOSISTEMI d.o.o. Sarajevo	01.10.2020. – 09:55

Svi podaci iz ponuda kvalificiranog ponuđača unijeti su u tabelarni pregled, te je izvršena procjena ponude po utvrđenom kriteriju iz javnog oglasa i izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača.

1)	Cijena	učešće %	100	%

uz primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

#### **Cijena:**

Najniža ponuđena cijena je vrednovana sa 100 bodova, a ostale srazmjerno, primjenom formule:

$$P = \frac{Pl}{Pt} \times 100 \quad \text{pri čemu je:}$$

P= broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđenu cijenu,

Pl= najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke,

Pt= cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene,

100= maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najnižu cijenu.

#### **Napomena:**

Dostavljene ponude ne uživaju primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

#### **Komisija je od dole navedenih ponuđača tražila pojašnjenja:**

##### **SEMIKEM d.o.o.**

- Dopisom je tražena dostava uzoraka za LOT 27 - Brzi imunohromatografski test za detekciju Cryptosporidium / Giardia, akt broj 10-11-3-47033-1 od 16.10.2020.godine i LOT 3 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti III, akt broj 10-11-3-48524-2 od 26.10.2020.godine.

AI  
Džuh. M. L. L. L. L.

Dostavljeni traženi uzorci, akt broj 10-11-3-47205 od 19.10.2020. i dopis o nemogućnosti isporuke uzoraka u zakazanom roku, akt broj 10-11-3-48952 od 28.10.2020. godine.

- Dopisom je traženo pojašnjenje cijena za LOT 1 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti I, LOT 2 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti II i LOT 3 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti III, akt broj 10-11-3-47670-1 od 19.10.2020.godine. Dostavljeno traženo pojašnjenje, akt broj 10-11-3-47881-1 od 21.10.2020.

#### **ENA d.o.o.**

- Dopisom je traženo pojašnjenje zemlje porijekla ponudnog materijala za LOT 19 - Mikrodilucioni test - MIC Test Strip I i pojašnjenje u popunjavanju kolona 5,6,7 i 8 u elektronskoj formi za LOT 46 - Kutija za čuvanje uzoraka, akt broj 10-11-3-47033 od 16.10.2020.godine. Dostavljeno traženo pojašnjenje, akt broj 10-11-3-47193 od 19.10.2020.

#### **BIOSISTEMI d.o.o.**

- Dopisom je traženo pojašnjenje cijena za LOT 56 Reagens za molekularnu dijagnostiku, akt broj 10-11-3-47670 od 21.10.2020.godine. Dostavljeno traženo pojašnjenje, akt broj 10-11-3-47881 od 21.10.2020.
- Dopisom je traženo pojašnjenje kataloških brojeva za LOT 39 Kratke oligonukleotidne sekvence (primers) za detekciju gena kodirajućih karbapenemaze, LOT 49 Kratke oligonukleotidne sekvence (prajmeri) i probe za Mumps virus (CDC, 2011) i LOT 50 Kratke oligonukleotidne sekvence (prajmeri) za bla OXA, ISAbal i MBL gene, akt broj 10-11-3-48524-1 od 26.10.2020.godine. Dostavljeno traženo pojašnjenje, akt broj 10-11-3-48951 od 28.10.2020.

#### **BROMA BEL d.o.o.**

Dopisom je traženo pojašnjenje cijena za LOT 1 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti I, LOT 2 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti II, LOT 4 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti IV i LOT 9 Aglutinacioni testovi II, akt broj 10-11-3-47670-2 od 21.10.2020.godine. Dostavljeno traženo pojašnjenje, akt broj 10-11-3-47881-2 od 21.10.2020.

Komisija je dostavljeni uzorak od ponuđača prosljedila članovima Komisije sa O.J. Klinička mikrobiologija, radi ocjene prihvatljivosti ponudnog materijala.

- Dopisom je traženo savjetodavno mišljenje od Agencije za javne nabavke BiH, akt broj 10-33-4-53269 od 16.11.2020. Dostavljeno mišljenje, akt broj 60-11-3-54574 od 24.11.2020.

### **MIŠLJENJE NA OSNOVU DOSTAVLJENIH UZORAKA I KATALOGA**

#### **LOT 3 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti III**

Mišljenje članova Komisije sa O.J. Klinička mikrobiologija vezano za nemogućnost dostave uzoraka u zakazanom roku ponuđača SEMIKEM d.o.o.;

#### **Obrazloženje:**

Članovi Komisije su saglasni da se prihvati navedeni lot iako nisu dostavljeni uzorci jer iz dokumentacije se vidi da ponuđeno odgovara traženom.

#### **LOT 27 - Brzi imunohromatografski test za detekciju Cryptosporidium / Giardia**

Mišljenje članova Komisije sa O.J. Klinička mikrobiologija na dostavljeni uzorak ponuđača SEMIKEM d.o.o.;

#### **Obrazloženje:**

Uvidom u dostavljeno pakovanje uočili smo da se radi o brzom imunohromatografskom testu za detekciju Giardia, a traži se brzi imunohromatografski test Cryptosporidium/Giardia.

Obzirom na navedeno Komisija je odlučila da ponuđeno pakovanje ne odgovara traženom.

Napomena: uzorak nije otpakovan.



## LOT-OVI ZA KOJE NISU PRIHVAĆENE PONUDE

**ENA d.o.o.**

**LOT 1 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti I**

**LOT 2 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti II**

**LOT 3 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti III**

**LOT 4 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti IV**

**LOT 20 Mikrodilucioni test- MIC Test Strip II**

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

b.) Ponudač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim priložima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ ekvivalent/ upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponudač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

### **Obrazloženje:**

Ponude nisu prihvaćene, jer ponuđeni materijal nije registrovan. Obzirom da je drugi ponudač dostavio ponudu koja je registrovana Komisija nije uzela u razmatranje ponude za gore navedene LOT-ove.

### **- LOT 55 Virusne transporne podloge i brisevi**

Ponuda nije prihvaćena, jer nije dostavljena u skladu sa traženim u tenderskoj dokumentaciji.

### **Obrazloženje:**

U Anex-u 3 tenderske dokumentacije ponudač nudi materijal po jediničnoj cijeni po komadu.

Traženo je: jedinična cijena po pakovanju. Obzirom da se po tenderskoj dokumentaciji jedinična cijena ne može mijenjati (Napomena: 4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati iz TD Anex 1). Komisija je ocijenila da ponuda za navedeni LOT 55 nije dostavljena u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, te iz tog razloga ponuda nije prihvaćena.

**DIAHEM d.o.o.**

### **- LOT 2 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti II**

Ponuda nije prihvaćena jer nakon e aukcije dva ponuđača nude identičnu cijenu.

### **Obrazloženje:**

Obzirom da su za gore navedeni LOT bile prihvatljive tri ponude (Semikem d.o.o., Bromabell d.o.o. i Diahem d.o.o.) navedeni LOT je stekao uslove za e aukciju, međutim u toku e aukcije nije bilo podnošenja ponuda, te iz tog razloga ponudač Semikem d.o.o. i Bromabell d.o.o. su zadržali identičnu cijenu (60,00KM). Komisija je tražila savjetodavno mišljenje od Agencije za javne nabavke kako postupiti u navedenom slučaju i dobila odgovor, akt broj 60-11-3-54574 od 24.11.2020. da se u ovom slučaju LOT poništava obzirom da nije moguće izvršiti odabir "najniža cijena".

### **- LOT 3 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti III**

Ponuda nije prihvaćena, jer nije dostavljena u skladu sa traženom u tenderskoj dokumentaciji.

### **Obrazloženje:**

U Anex-u 3 tenderske dokumentacije tražena je količina od 7.500 diskova. Obzirom da ponudač nudi 4x50x38=7.600 diskova, Komisija je ocijenila da ponuda nije dostavljena u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, te iz tog razloga ponuda nije prihvaćena.

- LOT 4 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti IV
- LOT 13 Polivalentni E.coli aglutinacioni testovi
- LOT 14 Brzi test za detekciju karbapenemaza

#### 4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

b.) Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim priložima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama / ekvivalent / upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

#### Obrazloženje:

Ponude nisu prihvaćene, jer je ponuđeni materijal neregistrovan ili je djelimično registrovan. Obzirom da je drugi ponuđač dostavio ponudu koja je u potpunosti registrovana Komisija nije uzela u razmatranje ponude za gore navedene LOT-ove.

#### **BIOSISTEMI d.o.o.**

- LOT 6 Aglutinacioni latex testovi

#### 4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

b.) Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim priložima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama /ekvivalent / upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

#### Obrazloženje:

Ponuda nije prihvaćena, jer ponuđeni materijal nije registrovan. Obzirom da je drugi ponuđač dostavio ponudu koja je registrovana Komisija nije uzela u razmatranje ponudu za gore navedene LOT 6.

- LOT 52 Reagensi i potrošni materijal za real-time PCR, (RT) PCR i elektroforezu

Ponuda nije prihvaćena, jer nije dostavljena u skladu sa traženom u tenderskoj dokumentaciji.

#### Obrazloženje:

Stavka 10 – U Anex-u 3 tenderske dokumentacije ponuđač nudi materijal 200 reakcija 1 pakovanje, a tenderskom dokumentacijom je traženo 50 reakcija.

Komisija je ocijenila da ponuda nije dostavljena u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, te iz tog razloga ponuda nije prihvaćena.



**SEDŽAN INGENERING d.o.o.**

- **LOT 9 Aglutinacioni testovi II**
- **LOT 10 Aglutinacioni testovi III**

**4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

b.) Ponudač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim priložima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent /upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponudač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

**Obrazloženje:**

Ponuda nije prihvaćena, jer ponuđeni materijal nije registrovan. Obzirom da je drugi ponudač dostavio ponudu koja je registrovana Komisija nije uzela u razmatranje ponudu za gore navedene LOT-ove.

**BROMA BEL d.o.o.**

- **LOT 2 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti II**

Ponuda nije prihvaćena jer nakon e aukcije dva ponuđača nude identičnu cijenu.

**Obrazloženje:**

Obzirom da su za gore navedeni LOT bile prihvatljive tri ponude (Semikem d.o.o., Broma bel d.o.o. i Diahem d.o.o.) navedeni LOT je stekao uslove za e aukciju, međutim u toku e aukcije nije bilo podnošenja ponuda, te iz tog razloga ponuđač Semikem d.o.o.i Broma bel d.o.o su zadržali identičnu cijenu (60,00KM). Komisija je tražila savjetodavno mišljenje od Agenciji za javne nabavke kako postupiti u navedenom slučaju i dobila odgovor, akt broj 60-11-3-54574 od 24.11.2020. da se u ovom slučaju LOT poništava obzirom da nije moguće izvršiti odabir "najniža cijena".

- **LOT 14 Brzi test za detekciju karbapenemaza**

Ponuda nije prihvaćena, jer nije dostavljena u skladu sa traženom u tenderskoj dokumentaciji.

**Obrazloženje:**

Stavka 11 – U Anex-u 3 tenderske dokumentacije ponuđač nudi materijal u pakovanju 4x12 testova = 192 a tenderskom dokumentacijom je traženo 200 testova.

Komisija je ocijenila da ponuda nije dostavljena u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, te iz tog razloga ponuda nije prihvaćena.

**SEMIKEM d.o.o.**

- **LOT 1 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti I**

Ponuda nije prihvaćena, jer ponuđeno ne odgovara traženom.

**Obrazloženje:**

Prema rezultatima studije objavljene u Clinical Microbiology and Infection (u prilogu Izvještaja), a u skladu sa preporukama Eucast vodiča za testiranje i interpretaciju rezultata antimikrobne osjetljivosti navedeni diskovi proizvođača HiMedia odstupaju od graničnih vrijednosti i kao takvi ne odgovaraju kvalitetom. Napominjemo, da je OJ Klinička mikrobiologija koja ima ulogu referalne laboratorije za testiranje antimikrobne osjetljivosti bakterija I praćenje rezistencije na antibiotike obavezna pratiti međunarodne standarde. Obzirom na navedeno smatramo da ponuđeni materijal nije prihvatljiv.

- **LOT 2 Tablete/diskovi za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti II**

Ponuda nije prihvaćena jer nakon e aukcije dva ponuđača nude identičnu cijenu.

**Obrazloženje:**

Obzirom da su za gore navedeni LOT bile prihvatljive tri ponude (Semikem d.o.o., Broma bel d.o.o. i Diahem d.o.o.) navedeni LOT je stekao uslove za e aukciju, međutim u toku e aukcije nije bilo podnošenja ponuda, te iz tog razloga ponuđač Semikem d.o.o.i Broma bel d.o.o su zadržali identičnu cijenu (60,00KM). Komisija je tražila savjetodavno mišljenje od Agenciji za javne nabavke kako postupiti u navedenom slučaju i dobila odgovor, akt broj 60-11-3-54574 od 24.11.2020. da se u ovom slučaju LOT poništava obzirom da nije moguće izvršiti odabir "najniža cijena".

- **LOT 27 Brzi imunohromatografski test za detekciju Cryptosporidium / Giardia**

Ponuda nije prihvaćena, jer je od strane krajnjeg korisnika ocijenjena kao neodgovarajuća, obrazloženje Klinike navedeno u prednjem dijelu Izvještaja.

- **LOT 44 Potrošni materijal za ćelijske culture**

- **LOT 46 Kutija za čuvanje uzoraka**

- **LOT 59 Modificirano Ziehl-Neelsen bojenje za dokazivanje Cryptosporidium oocysts**

Ponude nisu prihvaćene, jer nisu dostavljene u skladu sa traženom u tenderskoj dokumentaciji.

**4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

b.) Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim prilogima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent/upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

**Obrazloženje:**

Ponuda nije prihvaćena, jer ponuđeni materijal nije registrovan ili je djelimično registrovan. Obzirom da je drugi ponuđač dostavio ponudu koja je registrovana Komisija nije uzela u razmatranje ponudu za gore navedene LOT-ove.

**MIKRO+POLO d.o.o.**

Ponude nisu prihvaćene, jer nisu dostavljene u skladu sa traženom u tenderskoj dokumentaciji.

- **LOT 44 Potrošni materijal za ćelijske culture**

- **LOT 55 Virusne transporne podloge i brisevi**

- **LOT 59 Modificirano Ziehl-Neelsen bojenje za dokazivanje Cryptosporidium oocysts**

**4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

b.) Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim prilogima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent/upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).



**Obrazloženje:**

Ponuda nije prihvaćena, jer ponudeni materijal nije registrovan. Obzirom da je drugi ponuđač dostavio ponudu koja je registrovana Komisija nije uzela u razmatranje ponudu za gore navedene LOT-ove.

**LOTOVI ZA KOJE PONUDA PRELAZI PROCIJENJENU VRIJEDNOST:****SEMIKEM d.o.o.****LOT 5 Aglutacioni latex test za dokazivanje MRSA**

Ponuđena vrijednost za LOT 5 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Iz tog razloga ponuda za navedeni LOT se ne može prihvatiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Član 69 stav 2 točka e. Tabelarni prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 5	Aglutacioni latex test za dokazivanje MRSA	2.800,00KM	3.120,00KM	320,00KM

**LOT 6 Aglutinacioni latex testovi**

Ponuđena vrijednost za LOT 6 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Iz tog razloga ponuda za navedeni LOT nije prihvaćena. Tabelarni prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 6	Aglutinacioni latex testovi	13.400,00KM	24.186,00KM	10.786,00KM

**LOT 7 Aglutinacioni test za Staphylococcus**

Ponuđena vrijednost za LOT 7 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Iz tog razloga ponuda za navedeni LOT se ne može prihvatiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Član 69 stav 2 točka e. Tabelarni prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 7	Aglutinacioni test za Staphylococcus	6.000,00KM	10.000,00KM	4.000,00KM

**LOT 20 Mikrodilucioni test- MIC Test Strip II**

Ponuđena vrijednost za LOT 20 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Iz tog razloga ponuda za navedeni LOT nije prihvaćena. Tabelarni prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 20	Mikrodilucioni test- MIC Test Strip II	300,00KM	560,00KM	260,00KM

**LOT 22 Dehidrirane hranjive podloge**

Ponuđena vrijednost za LOT 20 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Iz tog razloga ponuda za navedeni LOT nije prihvaćena. Tabelarni prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 22	Dehidrirane hranjive podloge	17.000,00KM	24.888,60KM	7.888,60KM