

izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično).Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.....

Obrazloženje:

Komisija ponudu za navedeni LOT nije prihvatila u skladu sa prednjim navodima iz Tenderske dokumentacije. Ponuđeni materijal nije registrovan, drugi ponuđač je ponudio odgovarajući registrovan materijal.

LOT 65 Pistil porcelanski glazirani

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 65, konstatovano je da je specifikacijom tj. ANEX-om 3 za stavku

redni broj 1 tražena je

„Pistol porcelanski glazirani D 37 mm L 132 mm“ – ponuđeno je „Pestle for 132 mm porcelain mortar“, analizom dostavljene ponude konstatovano je da je ponuđena dimenzija 130mm;

redni broj 2 tražena je

„Pistol porcelanski glazirani D 44 mm L 158 mm“ – ponuđeno je „Pestle for 150 mm porcelain mortar“, analizom dostavljene ponude konstatovano je da je ponuđena dimenzija 160mm;

Obrazloženje:

Analizom dostavljene dokumentacije i navodima iz ponude konstatovano je da su navedene krive dimenzije. U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

LOT 67 Tikvica Erlen-Mayer staklena, autoklaviranje do 121°C

Obrazloženje:

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 67 , te za isto nije nađen dokaz da ponuđeni materijal podliježe postupku autoklaviranja.

Komisija ponudu za navedeni LOT nije prihvatila u skladu sa prednjim navodima iz Tenderske dokumentacije.

LOT 77 - Termometri

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 77, konstatovano je da od strane ponuđača nije ponuđen materijal koji je tražen Tenderskom specifikacijom

Traženo	Ponuđeno
1 Termometar za provjeru temperature u frižideru sa držačem, skala do - 35°C	Bez držača
2 Termometar alkoholni za provjeru temperature u frižideru sa držačem, skala od - 45°C do +50°C	Skala termometra ne odgovara nuđeno od -28°C do +40°C, nuđen punjen toluenom

Aladinović Debrač Aković

3	Termometar digitalni za provjeru temperature u frižideru, skala od - 50°C do 70°C	Uredno
4	Termometar laboratorijski od 0-100 °C	Nuđeno -10/110 °C
5	Termometar sobni zidni, drvo, oblast mjerenja -30 + 50C	Uredno
6	Termometar za provjeru temperature u kuhalu ili termobloku skala do +100°C	Uredno

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

DERBY TRADE d.o.o. Brčko

LOT 3 Bireta – digitalna, od materijala visokog kvaliteta, PTFE, PFA; FEP, volumen 50 ml

Ponudena vrijednost za LOT 3 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Iz tog razloga ponuda za navedeni LOT nije prihvaćena. Tabela prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponudena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 3	Bireta – digitalna, od materijala visokog kvaliteta, PTFE, PFA; FEP, volumen 50 ml	5.300,00KM	8.868,00KM	3.568,00KM

LOT 18 Dispensori varijabilni - komplet i boce za dispensor

LOT 58 Sat laboratorijski digitalni, štoperica i tajmer

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

Napomena:

..... Ponudeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent/upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponudeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično). Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponudjenog proizvoda.....

Ustavinski Sud BiH

Obrazloženje:

Komisija ponudu za navedeni LOT nije prihvatila u skladu sa prednjim navodima iz Tenderske dokumentacije. Ponudeni materijal nije registrovan, nije dostavljena potrebna dokumentacija.

MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo

LOT 10 Bočica za indikatore, reagense, staklena

Ponudena vrijednost za LOT 10 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Tabelarni prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponudena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 10	Bočica za indikatore, reagense, staklena	300,00KM	590,50KM	290,50KM

LOT 11 Bokal PP graduisani

Ponudena vrijednost za LOT 11 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Tabelarni prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponudena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 11	Bokal PP graduisani	120,00KM	139,00KM	19,00KM

LOT 22 Epruvete staklene

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

Napomena:

.....Ponudeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent/upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponudeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično).Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponudjenog proizvoda.....

Obrazloženje:

Komisija ponudu za navedeni LOT nije prihvatila u skladu sa prednjim navodima iz Tenderske dokumentacije. Ponuđeni materijal nije registrovan, dugi ponuđač je ponudio odgovarajući materijal djelimično registrovan 1 stavka nije registrovana ostale stavke registrovane.

LOT 27 Filter papir kvalitativni po Whatman-u br. 1 i 3

Ponuđena vrijednost za LOT 27 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Iz tog razloga ponuda za navedeni LOT se ne može prihvatiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Član 69 stav 2 točka e. Tabelarni prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 27	Filter papir kvalitativni po Whatman-u br. 1 i 3	5.000,00KM	6.638,00KM	1.638,00KM

LOT 30 Indikatori sterilizacije

Ponuđena vrijednost za LOT 30 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Tabelarni prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 30	Indikatori sterilizacije	2.100,00KM	3.622,00KM	1.522,00KM

LOT 37 Lijevci stakleni - zataljeno dno

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 37, konstatovano je određeno odstupanje u navedenim kataloškim brojevima i kataloškim brojevima u dokumentaciji koja je dostavljena u ponudi. Od strane Komisije ponuđaču je dostavljen zahtjev za pojašnjenje akt broj 10-11-3-44611-2 od 05.10.2020. godine, koje se odnosi na kataloški broj upisan u ANEX-u 3.

Ponuđač je dostavio odgovor akt broj 10-11-3-44979-3 od 06.10.2020. godine koji je od strane Komisije okarakterisan kao nejasan iz razloga što u istom nije navedeno obrazloženje za kataloške brojeve za stavke 1 i 5.

Za stavku redni broj 1 iz navedenog LOT-a u pomenutom obrazloženju navedena su dva kataloška broja, jedan koji je upisan u ANEX-u 3 (HE-3990/10) i kataloški broj koji je naveden u pratećoj dokumentaciji (43990040).

Za stavku redni broj 5 iz navedenog LOT-a u pomenutom obrazloženju navedena su dva kataloška broja, jedan koji je upisan u ANEX-u 3 (HE-3990/8) i kataloški broj koji je naveden u pratećoj dokumentaciji (43990036).

Obrazloženje:

Komisija je smatrala da je došlo do tehničke greške prilikom upisa kataloških brojeva u ANEX-u tri te je kako je navedeno tražila pojašnjenje. U navedenom dostavljenom pojašnjenju od strane ponuđača nije potvrđeno.

Obzirom da nema poveznice između navedenih kataloških brojeva te da je isto ostalo i dalje nejasno Komisija ponudu kao takvu nije prihvatila za daljnju analizu.

LOT 45 Menzura staklena graduirana, autoklaviranje do 121°C

IRAZLOG NE PRIHVATANJA PONUDE

Chadur... *Jakob...* *Klon...*

Ponuđena vrijednost za LOT 45 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Tabela prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 45	Menzura staklena graduirana, autoklaviranje do 121°C	1.000,00KM	2.335,00KM	1.335,00KM

II RAZLOG NE PRIHVATANJA PONUDE

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 45 i ponuđaču je dostavljen zahtjev za pojašnjenje koje se odnosi na mogućnost autoklaviranja ponuđenog materijala. Ponuđač je dostavio odgovor akt broj 10-11-3-44979-3 od 06.10.2020. godine u kojem nije precizno navedeno odnosno potvrđeno da ponuđeni materijal ima mogućnost korištenja u autoklavu. Navedeno je da materijal podnosi temperaturu od 500°C, na osnovu čega je ponuđač potvrdio mogućnost autoklaviranja.

Obrazloženje:

Prethodni navodi su od strane ponuđača, a isto nije potvrđeno niti vidljivo u dostavljenoj dokumentaciji koja se odnosi na proizvođača.

Komisija ponudu za navedeni LOT nije prihvatila u skladu sa prednjim navodima iz Tenderske dokumentacije.

LOT 46 Menzura staklena

Ponuđena vrijednost za LOT 46 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Tabela prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 46	Menzura staklena	4.100,00KM	6.347,70KM	2.247,70KM

LOT 51 Pipeta odmjerna staklena graduirana 1 i 2 ml 1/100 i duga forma

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 51, konstatovano je da je od strane ponuđača za stavke redni broj 2 i 5 iz navedenog LOT-a ponuđena ista vrsta materijala što je zaključeno na osnovu upisanih kataloških brojeva u ANEX-u 3 i dostavljene prateće dokumentacije.

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

LOT 58 Sat laboratorijski digitalni, štoperica i tajmer

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 58, konstatovano je da je od strane ponuđača za stavke redni broj 1 i 4 iz navedenog LOT-a ponuđena ista vrsta materijala što je zaključeno na osnovu upisanih kataloških brojeva u ANEX-u 3 i dostavljene prateće dokumentacije.

Urednik *Jelena Klinc*

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

LOT 60 Crijevo gumeno i stezaljka niklovana

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 60, konstatovano je da je specifikacijom tj. ANEX-om 3 za stavku redni broj 1 tražen „Crijevo gumeno prirodna guma unutra 6, vanjski R 9 debljina zida 1,5mm., – ponuđeno je „Redd rubber tubing inner fi 6 mm, wall 2 mm“.

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

LOT 62 Štapić stakleni za miješanje - krajevi zataljeni

Ponuđena vrijednost za LOT 62 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Tabela prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 62	Štapić stakleni za miješanje - krajevi zataljeni	400,00KM	504,00KM	104,00KM

LOT 67 Tikvica Erlen-Mayer staklena, autoklaviranje do 121°C**Obrazloženje:**

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 67, te za isto nije nađen dokaz da ponuđeni materijal podliježe postupku autoklaviranja.

Komisija ponudu za navedeni LOT nije prihvatila u skladu sa prednjim navodima iz Tenderske dokumentacije.

LOT 68 Tikvica Erlen-Mayer staklena

Ponuđena vrijednost za LOT 68 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Tabela prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 68	Tikvica Erlen-Mayer staklena	2.000,00KM	3.768,10KM	1.768,10KM

LOT 69 Tikvica Erlen-Mayer staklena 3000 ml graduirana - široko grlo

Ponuđena vrijednost za LOT 69 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Tabela prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 69	Tikvica Erlen-Mayer staklena 3000 ml graduirana - široko grlo	700,00KM	1.664,00KM	964,00KM

Ustavno *Jelena Miro*

LOT 75 Mikrotitracijska ploča formata 96-jažica sa U dnom

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

Napomena:

..... Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent/upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično).Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.....

Obrazloženje:

Komisija ponudu za navedeni LOT nije prihvatila u skladu sa prednjim navodima iz Tenderske dokumentacije. Ponuđeni materijal nije registrovan, drugi ponuđač je ponudio odgovarajući registrovan materijal.

ENA d.o.o. Sarajevo

LOT 25 Eze mikološke, eze inokulacijske i igle inokulacijske - sterilne

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

Napomena:

..... Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent/upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično).Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.....

Uradnik Mubek Kleno

Obrazloženje:

Komisija ponudu za navedeni LOT nije prihvatila u skladu sa prednjim navodima iz Tenderske dokumentacije. Stavke redni broj 2 i 3 su registrovane, a za stavke 1 i 4 nije dostavljena dokumentacija u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

LOT 31 Kade za bojenje i stalak

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 31, konstatovano je da je specifikacijom tj. ANEX-om 3 za stavku redni broj 3 tražen je „Stalak za mikroskopska stakla za imunohistohemiju (32 x 26 x 11 cm)“, **ponudena kutija.**

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

LOT 33 Kanister polietilen 5, 10 i 20L

Ponudena vrijednost za LOT 33 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Tabela prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponudena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 33	Kanister polietilen 5, 10 i 20L	3.000,00KM	9.220,00KM	6.220,00KM

LOT 36 Kutije PE za galenske preparate

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 36, konstatovano je da je u specifikaciji ponuđen materijal za stavke redni broj 1, 4 i 5 sa tačno navedenom volumenom u gramima potrebne ambalaže. Za stavku redni broj 3 tražen je volumen ambalaže 200gr, ponuđen je volumen od 250gr. **Za stavke redni broj 2 i 6 u specifikaciji je tražen volumen ambalaže u gramima a ponuđen je u mililitrima.**

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

LOT 41 Stalak PP za epruvete

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 41, konstatovano je da je specifikacijom tj. ANEX-om 3 za stavku redni broj 1 tražen „Stalak PP za epruvete dimenzija 12x75mm sa 13x8 mjesta“ ponuđen „PORTAPROVETTA DIAMETRO 12 MM“, za stavku redni broj 2 tražen „Stalak za epruvete PP-multifunkcionalni 175x95x52mm za 32 tube fi 11 mm, 12 tuba fi 16 mm, 4 tube fi 29 mm“ ponuđeno je „PORTAPROVETTA GIALLO“ i za stavku redni broj 3 tražen „Stalak PP za epruvete za PCR, dimenzije 215x118x50mm“ ponuđeno je „SUPPORTO PER PROVETTA“, **ponuđeno je za stavku redni broj 1 „dimenzija 13x8mm sa 50 mjesta“, za stavku redni broj 2 „170X95X52mm“ i za stavku redni broj 3 „32x0,2ml PCR tube, 16x0,5ml i 24x1,5/2ml microcoat tube“.**

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

LOT 43 Menzura polipropilen

Ponuđena vrijednost za LOT 43 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Tabela prikaz u nastavku.

Naziv LOT-a		Procijenjena vrijednost/KM	Ponuđena vrijednost/KM	Prekoračena vrijednost/KM
LOT 43	Menzura polipropilen	300,00KM	328,00KM	28,00KM

LOT 50 - Pipete po Pasteuru, polietilen, graduirane 1 ml, 3ml i 5 ml

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 50, konstatovano je da je specifikacijom tj. ANEX-om 3 za stavku redni broj 3 tražen je „Pipeta po Pasteuru, polietilenska, graduirana, sterilna 5 ml“, **ponuđena je pipeta „PIPETA PASTEUR DA 1 ML“**.

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

LOT 53 Posude polipropilen za prikupljanje ejakulata i posude za feces bijeli polipropilen

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 53, konstatovano je da je specifikacijom tj. ANEX-om 3 za stavku redni broj 1 tražena „Posuda za feces sa poklopcem i etiketom 30 ml - bijeli polipropilen“ **ponuđeno 25ml**, za stavku redni broj 2 tražen „Posuda od polipropilena s poklopcem na navoj 120 ml - sterilna individualno pakovanje (za prikupljanje ejakulata)“, **ponuđeno je „CONTENITORE DA 150 ML IMBALATO SINGOLARMENTE „**

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

LOT 54 - Posuda za sputum, urin i transport uzoraka od PE

Od strane Komisije izvršena je detaljna analiza dostavljene ponude za LOT 54, konstatovano je da je specifikacijom tj. ANEX-om 3 za stavku redni broj 4 tražen „Posuda za transport uzoraka s navojnim čepom, PE 20 ml „ **ponuđeno je „CONTENITORE DA 30 ML „**

Tenderskom specifikacijom za stavke redni broj 2 i 3 tražen je polietilen, od strane ponuđača nuđen je polipropilen.

Tenderskom specifikacijom za stavku redni broj 4 tražen je polietilen, od strane ponuđača nuđen je polistiren.

Obrazloženje:

Alaundarski *Stihok* *Stihok*

U skladu sa prednjim navodima i obzirom da nije predviđena mogućnost da se ponudi ekvivalent te da LOT čini cjelinu, Komisija je ponudu za ovaj LOT ocijenila kao neodgovarajuću, te kao takva ista nije prihvaćena od strane Komisije;

MIPEX d.o.o. Banja Luka

LOT 80 Rukavice zaštitne

Obrazloženje:

Detaljnou analizom dostavljene ponude kao i dostavljenim uzorcima, komisija je konstatovala da: Ponudeni materijal za predmetni LOT 80 je registrovan kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva za namjenu „Rukavice za pregled“ i kao generički naziv „Nitrilna pregledna rukavica bez pudera nesterila“. Iz navedenog komisija je donijela zaključak da nije ponudeni materijal ne zadovoljava karakteristike tražene Tenderskom specifikacijom (traženo: Rukavice zaštitne od nitrila, veličina S, dužina 30 cm, bez pudera, teksturirani vrhovi prstiju, debljine 0,12-0,15 mm, Zaštita: EN-374-1 protiv hemikalija i EN 374-2 protiv mikrobiološkog hazardnog materijala (AQL 0,65), bez silikona, protiv virusa prema ISO 16604 procedura B:2004, od radioaktivne kontaminacije EN421:2004, PPE kategorije u skladu sa direktivom 89/686/EEC – jedna od traženih veličina), te kao takvu ponudu nije prihvatila za daljnje razmatranje.

LOTOVI ZA KOJE NITI JEDNA DOSTAVLJENA PONUDA NIJE PRIHVAĆENA (ZJN član 69 stav 2 pod d – „nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva“):

LOT 1 Balon polietilen graduisan, slavina polietilen i bočica PE

LOT 13 Čaša staklena s izljevom - graduisana 100ml niska, autoklaviranje do 121°C

LOT 17 Deodorirajuće kapsule

LOT 25 Eze mikološke, eze inokulacijske i igle inokulacijske - sterilne

LOT 31 Kade za bojenje i stalak

LOT 36 Kutije PE za galenske preparate

LOT 38 Instrumenti

LOT 40 Stalak metalni za epruvete

LOT 41 Stalak PP za epruvete

LOT 45 Menzura staklena graduirana, autoklaviranje do 121°C

LOT 50 Pipete po Pasteuru, polietilen, graduirane 1 ml, 3ml i 5 ml

LOT 53 Posude polipropilen za prikupljanje ejakulata i posude za feces bijeli polipropilen

LOT 54 Posuda za sputum, urin i transport uzoraka od PE

LOT 58 Sat laboratorijski digitalni, štoperica i tajmer

LOT 67 Tikvica Erlen-Mayer staklena, autoklaviranje do 121°C

LOT 77 Termometri

LOT 65 Pistil porcelanski glazirani