

Sarajevo, 05-08-2020

Broj: 01-11-3-35242

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke (br. Izvještaja Komisije 10-33-4-33991 od 27.07.2020 godine), Generalna direktorica donosi:

ODLUKU

o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku
„Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/12/2020“

I

Prihvata se preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke i okvirni sporazumi za nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/12/2020“ koji se dodjeljuje ponuđačima:

„MIPEX“doo

Za LOT-ove 1, 2, 3 i 4 prema ponudi broj 10-11-3-28245 od 25.06.2020 godine;

„ENA“doo

Za LOT-ove 5, 6, 7 i 8 prema ponudi broj 10-11-3-28363 od 26.06.2020 godine;

„GLOBEX“doo

Za LOT-ove 9, 10 i 14 prema ponudi broj 10-11-3-28546 od 29.06.2020 godine;

„SPEKTROLAB“doo

Za LOT 11 prema ponudi broj 10-11-3-28273 od 25.06.2020 godine;

„SHIMADZU“doo

Za LOT 12 prema ponudi broj 10-11-3-28131 od 24.06.2020 godine;

„PLUS MEDICAL“doo

Za LOT 13 prema ponudi broj 10-11-3-28533 od 29.06.2020 godine;

II

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranim ponuđačima najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada u svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

III

Obavezuju se ponuđači iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od prijema ove Odluke dostave dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na centralni protokol ugovornog organa, sa obaveznom naznakom broja obavještenja na koji se isti odnose. Ukoliko su isti sastavni dio dostavljene ponude o istom obavezan je pismenim putem obavjestiti Ugovorni organ.

U slučaju da izabrani ponuđač propusti da dostavi dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze ova Odluka će se poništiti.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je na portalu Agencije za javne nabavke, e-nabavke, objavio obavještenje o nabavci broj 893-1-1-432/20 objavljeno na portalu E-nabavke 03.06.2020. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je dana 30.06.2020. godine u 11⁰⁰ u prostorijama Tehničkog sektora lokalitet bivša Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju KCUS-a.

Javnom otvaranju ponuda prisustvovali su članovi Komisije, referent Protokola kao i ovlašteni predstavnik ponuđača ITR d.o.o. gosp. Mirza Gradišić.

Od službe Centralnog protokola preuzeto je trinaest (13) ponuda koje su blagovremeno podnijete, uredno zapečaćene, protokolisane i obilježene po redosljedu prispijeća, sljedećih ponuđača:

1	10-11-3-28131	SHIMADZU d.o.o.	24.06.2020. – 12:15
2	10-11-3-28245	MIPEX d.o.o.	25.06.2020. – 08:16
3	10-11-3-28273	SPEKTROLAB d.o.o.	25.06.2020. – 09:35
4	10-11-3-28363	ENA d.o.o.	26.06.2020. – 12:00
5	10-11-3-28533	ĐAKOVIĆ d.o.o.	29.06.2020. – 09:15
6	10-11-3-28536	MEDICAL VISION d.o.o.	29.06.2020. – 09:40
7	10-11-3-28546	GLOBEX d.o.o.	29.06.2020. – 10:22
8	10-11-3-28533	PLUS MEDICAL d.o.o.	29.06.2020. – 10:25
9	10-11-3-28551	ADRIALINE d.o.o.	29.06.2020. – 10:40
10	10-11-3-28602	SARAJEVOFARM d.o.o.	29.06.2020. – 12:30

11	10-11-3-28746	ITALGROUP d.o.o.	30.06.2020. – 08:48
12	10-11-3-28758	OMNIA MEDIC d.o.o.	30.06.2020. – 09:00
13	10-11-3-28765	ITR d.o.o.	30.06.2020. – 09:25

Komisija je konstatovala da su sve ponude blagovremene, te je pristupila otvaranju istih i svi dokumenti u ponudama su parafirani od strane svih članova Komisije i ovjereni pečatom KCUS od strane referenta Protokola.

Komisija je na sastanku cijenila formalno-pravnu valjanost dokumenata – dokaza dostavljenih uz ponudu radi utvrđivanja profesionalne, ekonomske i druge podobnosti ponuđača za učešće u predmetnom javnom nadmetanju.

PONUDA KOJA NIJE PRIHVACENA

SARAJEVOFARM d.o.o.

LOT 11 - Sredstvo za dezinfekciju pribora i radnih površina

U skladu sa tenderskom dokumentacijom:

3.3 Način dostavljanja dokumenata

Način dostavljanja dokumenata za opći dio ponude (dokazi za kvalifikaciju i izjave):

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu i dvije kopije na kojima će čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJE PONUDE". Original i obje kopije ponude sa naznakom da se radi o originalu, odnosno kopiji ponude I i II, se dostavljaju u koverti sa pečatom i potpisom dobavljača i sa naznakom da se radi o dokazima i izjavama.

Originalna ponuda treba biti popunjena ručno neizbrisivom tintom; kopije ponuda treba da predstavljaju vjernu presliku originalne ponuda. Svi listovi ponude, moraju biti čvrsto uvezani tako da se ne mogu odvojiti od cjeline, sa označenim stranicama, te sa jemstvenikom čiji se krajevi na posljednjoj stranici spajaju i učvršćuju vinjetom na koju se stavlja pečat firme i potpis ovlaštene osobe.

Obrazloženje:

Ponuđač "SARAJEVOFARM" d.o.o. Sarajevo je dostavio originalnu ponudu na kojoj nema vinjete kao ni pečata firme i potpisa ovlaštene osobe, te zbog toga Komisija ponudu za gore navedeni Lot nije uzela u razmatranje.

ITR d.o.o.

LOT 11 – Sredstvo za dezinfekciju pribora i radnih površina

U skladu sa tenderskom dokumentacijom:

4. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

4.2. U skladu sa članom 46. ZJN BiH, ponuda će biti odbijena ukoliko ponuđač:

a.) nije registrovan u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je osnovana firma za obavljanje profesionalne djelatnosti relevantne za predmet javnog nadmetanja;

*24. Oktobra 2020.
Upravnik*

b.) ne ispunjava posebne uslove prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i medicinskih sredstava shodno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH (Sl.glasnik BiH br.58/08);

4.2.1. Dobavljač treba dostaviti sljedeće dokaze:

a.) Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija);

b.) Ovjerena kopija Rješenja za obavljanje djelatnosti uvoza i prometa lijekova Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH;

Obrazloženje:

Komisija je konstatovala da ponuda za gore navedeni LOT nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno ponuđač ITR d.o.o. nije dostavio ovjerenu kopiju Rješenja za obavljanje djelatnosti uvoza i prometa medicinskih sredstava Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Ponudu kao takvu Komisija nije uzela u razmatranje.

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da su kvalificirani ponuđači za dalju ocjenu i vrednovanje prema kriterijima iz tenderske dokumentacije i uporedbu radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za traženo niže navedeni ponuđači:

1	10-11-3-28131	SHIMADZU d.o.o.	24.06.2020. –12:15
2	10-11-3-28245	MIPEX d.o.o.	25.06.2020. – 08:16
3	10-11-3-28273	SPEKTROLAB d.o.o.	25.06.2020. – 09:35
4	10-11-3-28363	ENA d.o.o.	26.06.2020. – 12:00
5	10-11-3-28533	ĐAKOVIĆ d.o.o.	29.06.2020. – 09:15
6	10-11-3-28536	MEDICAL VISION d.o.o.	29.06.2020. – 09:40
7	10-11-3-28546	GLOBEX d.o.o.	29.06.2020. – 10:22
8	10-11-3-28533	PLUS MEDICAL d.o.o.	29.06.2020. – 10:25
9	10-11-3-28551	ADRIALINE d.o.o.	29.06.2020. – 10:40
10	10-11-3-28746	ITALGROUP d.o.o.	30.06.2020. – 08:48
11	10-11-3-28758	OMNIA MEDIC d.o.o.	30.06.2020. – 09:00

Svi podaci iz ponuda kvalificiranog ponuđača unijeti su u tabelarni pregled, te je izvršena procjena ponude po utvrđenom kriteriju iz javnog oglasa i izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Kriterij za dodjelu okvirnog sporazuma je

a) Najniža cijena

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterija najniža cijena:

At docud + dnuis
Umanu

1)	Cijena	učešće	100	%
----	--------	--------	-----	---

Okvirni sporazum će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

PONUĐA KOJA UŽIVA PRIMJENU PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG ITR d.o.o.

LOT 11 – Sredstvo za dezinfekciju pribora i radnih površina

Komisija je od dole navedenih ponuđača tražila pojašnjenje:

SHIMADZU d.o.o.

– aktom broj 10-11-3-30403-3 od 08.07.2020 godine traženo je pojašnjenje cijene za LOT 12 – Igle za biopsiju aplikabilne na tehnologiju proizvođača BARD ili ekvivalent

Dostavljeno traženo akt broj 10-11-3-30403-4 od 08.07.2020 godine.

MEDICAL VISION d.o.o.

– aktom broj 10-11-3-30403-2 od 08.07.2020 godine traženo je pojašnjenje cijene za LOT 13 – Klipse hemostatske.

Dostavljeno traženo akt broj 10-11-3-30403-6 od 08.07.2020 godine.

ĐAKOVIĆ d.o.o.

– aktom broj 10-11-3-30403 od 08.07.2020 godine traženo je pojašnjenje cijene za LOT 13 – Klipse hemostatske.

Dostavljeno traženo akt broj 10-11-3-30621-3 od 09.07.2020 godine.

OMNIA MEDIC d.o.o.

– aktom broj 10-11-3-30403-1 od 08.07.2020 godine traženo je pojašnjenje kataloškog broja za LOT 8 – Otirač antibakterijski i pojašnjenje zaštićenog naziva za LOT 12 - Igle za biopsiju aplikabilne na tehnologiju proizvođača BARD ili ekvivalent.

Dostavljeno traženo akt broj 10-11-3-30403-5 od 08.07.2020 godine.

ENA d.o.o.

– aktom broj 10-11-3-30621-1 od 09.07.2020 godine traženo je pojašnjenje kataloškog broja za LOT 6 – Folije hirurške za operaciono i pojašnjenje kataloškog broja za LOT 8 - Otirači antibakterijski

Dostavljeno traženo akt broj 10-11-3-31089 od 10.07.2020 godine.

Komisija je od dole navedenih ponuđača tražila uzorke:

ENA d.o.o.

– aktom broj 10-11-3-30621-1 od 09.07.2020 godine traženi su uzorci za LOT 2 – Flasteri za fiksaciju sa cink oksidom na platnu.

Dostavljeni traženi uzorci akt broj 10-11-3-31089 od 10.07.2020 godine.

GLOBEX d.o.o.

– aktom broj 10-11-3-30621 od 09.07.2020 godine traženi su uzorci za LOT 1 – Flasteri hipoalergijski svileni, LOT 2 - Flasteri za fiksaciju sa cink oksidom na platnu, LOT 3 - Flasteri hipoalergijski za fiksaciju I LOT 4 - Flasteri hipoalergijski transparentni,porozni.

Dostavljeni traženi uzorci akt broj 10-11-3-31342-4; 10-11-3-31342 i 10-11-3-31342-1 od 14.07.2020 godine.

- (Svi dopisi su u prilogu Izvještaja)

Z. Džurđević
Upravnik

MIŠLJENJE NA OSNOVU DOSTAVLJENIH UZORAKA

Od strane Komisije traženi su uzorci za niže navedene LOT-ove te je na osnovu istih kao i tehničke specifikacije ponuđenog materijala dostavljeno mišljenje od strane O.J. Klinika za pedijatriju i O.J. Klinika za anesteziju i reanimaciju :

LOT 1 – Flasteri hipoalergijski svileni

Mišljenje O.J. Klinika za anesteziju, akt broj 17-11-3-32709 od 17.07.2020 godine, na osnovu dostavljenih uzoraka ponuđača GLOBEX d.o.o. a na osnovu zahtjeva Komisije akt broj 10-11-3-31342-5 od 14.07.2020 godine;

- Obrazloženje:

Mišljenje klinike je da ponuđeni materijal u Lot-u 1 stavka br.2 Flaster hipoalergijski svileni dimenzija minimalno 2,5cm x 9m kataloškog broja SKT007 ne odgovara jer ne lijepi dobro za kožu, vrlo brzo fiksacija popusti i ljepilo nije jako, a stavka br. 3 Flaster hipoalergijski svileni dimenzija minimalno 5cm x 9m kataloškog broja SKT008 ne odgovara jer ne lijepi dobro za kožu, vrlo brzo fiksacija popusti.

LOT 2 –Flasteri za fiksaciju sa cink oksidom na platnu

Mišljenje O.J. Klinika za anesteziju, akt broj 17-11-3-32709 od 17.07.2020 godine, na osnovu dostavljenih uzoraka ponuđača ENA d.o.o. a na osnovu zahtjeva Komisije akt broj 10-11-3-31342-2 od 14.07.2020 godine;

- Obrazloženje:

Mišljenje klinike je da ponuđeni Flasteri za fiksaciju sa cink oksidom na platnu dobro prijanjaju na kožu i lagani su za upotrebu , ne stvaraju promjene na koži te su odgovarajući za korištenje kod pacijenata.

LOT 2 –Flasteri za fiksaciju sa cink oksidom na platnu

Mišljenje O.J. Klinika za anesteziju, akt broj 17-11-3-32709 od 17.07.2020 godine, na osnovu dostavljenih uzoraka ponuđača GLOBEX d.o.o. a na osnovu zahtjeva Komisije akt broj 10-11-3-31342-5 od 14.07.2020 godine;

- Obrazloženje:

Mišljenje klinike je da ponuđeni materijal odgovara jer Flasteri za fiksaciju sa cink oksidom na platnu dobro prijanjaju na kožu.

LOT 3 – Flasteri hipoalergijski za fiksaciju

Mišljenje O.J. Klinika za pedijatriju, akt broj 42-11-7-32752 od 17.07.2020 godine, na osnovu dostavljenih uzoraka ponuđača GLOBEX d.o.o. a na osnovu zahtjeva Komisije akt broj 10-11-3-31342-3 od 14.07.2020 godine;

- Obrazloženje:

Mišljenje klinike je da su dostavljeni uzorci prihvatljivi za svakodnevnu upotrebu kao fiksacija za nazogastrične sonde, plasiranje i.v puta.

Nedostatak primjene navedenog flastera je kod fiksacije endotrahealnog tubusa, nije dovoljno čvrst i zbog sredine u kojoj pacijenti borave (inkubator) gdje je toplotna vrijednost veća te flaster popusti u fiksaciji. S obzirom da se radi o pacijentima koji su životno ugroženi te im je pouzdana fiksacija endotrahealnog tubusa neophodna.

Komisija je jednoglasno konstatovala da ponuđeni materijal odgovara traženom.

LOT 4 - Flasteri hipoalergijski transparentni, porozni

Mišljenje O.J. Klinika za anesteziju, akt broj 17-11-3-32709 od 17.07.2020 godine, na osnovu dostavljenih uzoraka ponuđača GLOBEX d.o.o. a na osnovu zahtjeva Komisije akt broj 10-11-3-31342-5 od 14.07.2020 godine;

- Obrazloženje:

Mišljenje klinike je da ponuđeni materijal ne odgovara za kožu, stvara promjene na koži u vidu crvenila i oštećenja kože.

Handwritten signature:
Z. Jovanović
Ummmm!

