

Sarajevo,

Broj:

12-10-2020
01-11-3-46062

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke (br. Izvještaja Komsije broj 10-33-4-44529 od 05.10.2020 godine), Generalna direktorica donosi:

ODLUKU

o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku
„Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/21/2020“

I

Prihvata se preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke i okvirni sporazumi za nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/21/2020“ koji se dodjeljuje ponuđaču:

„MINERVA MEDICA“doo

Za LOT-ove 2,3 i 5 prema ponudi broj 10-11-3-40939 od 14.09.2020 godine;

„BIOSISTEMI“doo

Za LOT-ove 4 i 8 prema ponudi broj 10-11-3-40946 od 14.09.2020 godine;

„FARMA“doo

Za LOT 7 prema ponudi broj 10-11-3-40935 od 14.09.2020 godine;

„MIKRO POLO“doo

Za LOT 1 prema ponudi broj 10-11-3-40951 od 14.09.2020 godine;

II

Postupak javne nabavke za LOT-ove 6 i 9 se poništava u skladu sa članom 69. Stav 2. tačka d) „niti jedna dostavljena ponuda nije prihvatljiva“.

III

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada u svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

IV

Obavezuju se ponuđači iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od prijema ove Odluke dostave dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na centralni protokol ugovornog organa, sa

obaveznom naznakom broja obavještenja na koji se isti odnose. Ukoliko su isti sastavni dio dostavljene ponude o istom obavezan je pismenim putem obavjestiti Ugovorni organ.

U slučaju da izabrani ponuđač propusti da dostavi dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze ova Odluka će se poništiti.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je na portalu Agencije za javne nabavke, e-nabavke, objavio obavještenje o nabavci broj 893-1-1-542/20 objavljeno na portalu E-nabavke 30.07.2020. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je dana 14.09.2020 godine u 11⁰⁰ u prostorijama Tehničkog sektora lokalitet bivša Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju KCUS-a.

Od službe Centralnog protokola preuzeto je pet (5) ponuda blagovremeno podnijetih, uredno zapečaćenih, protokoliranih i obilježenih po redoslijedu prispjeća, sljedećih ponuđača:

| | | | |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 10-11-3-40935 | FARMA d.o.o. | 14.09.2020 – 08:12; |
| 2 | 10-11-3-40939 | MINERVA MEDICA d.o.o. | 14.09.2020 – 08:28; |
| 3 | 10-11-3-40945 | DIAMEDIC d.o.o. | 14.09.2020 – 09:12; |
| 4 | 10-11-3-40946 | BIOSISTEMI d.o.o. | 14.09.2020 – 09:15; |
| 5 | 10-11-3-40951 | MIKRO+POLO d.o.o. | 14.09.2020 – 09:35; |

Komisija je dalje vršila analizu dostavljenih ponuda.

PONUDE KOJE NISU PRIHVAĆENE:

Nakon detaljne analize od strane Komisije konstatovano je da niže navedena ponuda nije uzeta u dalje razmatranje:

DIAMEDIC d.o.o.

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

..... Ukoliko nudi originalne reagense i potrošni materijal za navedenu tehnologiju dostaviti - Dokaz da je ponuđač autorizovani distributer proizvoda koje nudi. Ponuđač je obavezan dostaviti pismo autorizacije od proizvođača koje sadrži sljedeće elemente: naziv distributera i potvrda da je autorizovani distributer za materijal za traženu tehnologiju;.....

Obrazloženje:

Ponuđač nije dostavio ponudu u skladu sa Tenderskom dokumentacijom (prednji navodi), naime nije dostavljeno pismo autorizacije. Komisija kao takvu ponudu nije prihvatila.

PONUDE KOJA SU PRIHVAĆENE ZA DALJNJU ANALIZU I EVALUACIJU

Nakon detaljnog uvida u primljenu ponudu Komisija je konstatovala da je kvalificirani ponuđač za dalju ocjenu i vrednovanje prema kriterijima iz tenderske dokumentacije i uporedbu radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za traženo niže navedeni ponuđači:

| | | | |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 10-11-3-40935 | FARMA d.o.o. | 14.09.2020 – 08:12; |
| 2 | 10-11-3-40939 | MINERVA MEDICA d.o.o. | 14.09.2020 – 08:28; |
| 3 | 10-11-3-40946 | BIOSISTEMI d.o.o. | 14.09.2020 – 09:15; |
| 4 | 10-11-3-40951 | MIKRO+POLO d.o.o. | 14.09.2020 – 09:35; |

Svi podaci iz ponuda kvalificiranog ponuđača unijeti su u tabelarni pregled, te je izvršena procjena ponuda po utvrđenom kriteriju iz javnog oglasa i izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača. Kriteriji na osnovu kojih je izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača su:

| 1) | Cijena | učešće % | 100 | % |
|----|--------|----------|-----|---|
| | | | | |

uz primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

PONUDE KOJE NISU PRIHVAĆENE ZA POJEDINE LOT-ove:

Nakon detaljne analize dostavljenih ponuda od strane Komisije konstatovano je da niže navedene ponude nisu uzete u dalje razmatranje:

MIKRO+POLO

LOT 2 Kit CMV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

b) Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim priložima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent/upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.....

Obrazloženje:

Komisija ponudu za LOT 2 nije prihvatila jer je drugi ponuđač dostavio ponudu sa materijalom koji je upisan u Registar medicinskih sredstava. U skladu sa prednjim navodima iz Tenderske dokumentacije ponuda kao takva nije prihvaćena od strane Komisije.

LOT 4 Kit EBV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

Ponuđena vrijednost za LOT 4 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Iz tog razloga ponuda za navedeni LOT se ne može prihvatiti. Tabelarni prikaz u nastavku.

| Naziv LOT-a | Procijenjena vrijednost/KM | Ponuđena vrijednost/KM | Prekoračena vrijednost/KM |
|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| LOT 4 | Kit EBV PCR kvantitativni aplikabilan na | 6.900,00KM | 7.125,00KM |

Handwritten signature and notes in blue ink at the bottom left of the page.

| | | | | |
|--|--|--|--|----------|
| | tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent | | | 225,00KM |
|--|--|--|--|----------|

Obzirom da nakon zakazane E-aukcije nije bilo podnošenje ponuda od strane ponuđača MIKRO+POLO d.o.o., te da je ponuđena vrijednost veća u odnosu na vrijednost objavljenu na portalu ponuda kao takva nije prihvaćena. (prednji navodi)

MINERVA MEDICA

LOT 1 Kitovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina aplikabilni na tehnologiju u vlasništvu ABI 7500 Real Time PCR ili ekvivalent

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

.....a.) Ovjerena izjava o posjedovanju zaključenih ugovora sa proizvođačima ponuđenih medicinskih sredstava, odnosno ovlaštenim zastupnicima proizvođača u BiH.

Napomena:

Izjavu o posjedovanju zaključenih ugovora sa proizvođačima ponuđenih medicinskih sredstava, odnosno ovlaštenim zastupnicima proizvođača u BiH, daje ponuđač u slobodnoj formi;

Obrazloženje:

Komisija ponudu za LOT 1 nije prihvatila jer je ponuđač dostavio Izjavu koja se odnosi na proizvođača Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Urunleri Ar-Ge San. Ve Tic.A.S. Turska. Ponuđač nije dostavio Izjavu koja se odnosi na proizvođača MC Lab. U skladu sa prednjim navodima iz Tenderske dokumentacije ponuda kao takva nije dostavljena u skladu sa Tenderskom dokumentacijom prihvaćena od strane Komisije.

BIOSISTEMI

LOT 2 Kit CMV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

Materijal ponuđen od strane ponuđača BIOSISTEMI d.o.o., kataloškog broja V7-100FRT, nakon detaljne analize dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da nije kvantitativni i omogućava samo kvalitativnu detekciju CMV, što ne odgovara traženoj specifikaciji. Ponuđeni kit ne uključuje kvantitativne standarde.

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima ponuda kao takva nije prihvaćena od strane Komisije, drugi ponuđač dostavio je ponudu u skladu sa zahtjevima iz specifikacije tj. ANEX-a 3.

LOT 3 Kit HSV1/2 PCR aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

Materijal ponuđen od strane ponuđača BIOSISTEMI d.o.o., kataloškog broja V8-100FRT, nakon detaljne analize dostavljene dokumentacije, utvrđeno je omogućava kvalitativnu detekciju, a ne kvantitativnu kako je traženo specifikacijom tj. ANEX-om 3. Ponuđeni kit ne uključuje kvantitativne standarde, također ne diferencira HSV1 i HSV2 u reakciji.

Obrazloženje:

U skladu sa prednjim navodima ponuda kao takva nije prihvaćena od strane Komisije, drugi ponuđači dostavili su ponude u skladu sa zahtjevima iz specifikacije tj. ANEX-a 3.

*Chalid M...
S... ..*

LOT 6 Real-time PCR za detekciju/kvantifikaciju Cryptococcus neoformansa - aplikabilno na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 ili ekvivalent

Ponudena vrijednost za LOT 6 je veća u odnosu na procijenjenu vrijednost objavljenu na portalu E-nabavke. Iz tog razloga ponuda za navedeni LOT se ne može prihvatiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Član 69 stav 2 točka e. Tabela prikaz u nastavku.

| Naziv LOT-a | | Procijenjena vrijednost/KM | Ponudena vrijednost/KM | Prekoračena vrijednost/KM |
|-------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| LOT 6 | Real-time PCR za detekciju/kvantifikaciju Cryptococcus neoformansa - aplikabilno na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 ili ekvivalent | 3.200,00KM | 3.400,00KM | 200,00KM |

NAPOMENA:

LOT 8 Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu sekvencer - četverokapilarni Genetic Analyzer 3130 ili ekvivalent

Ponudač BIOSISTEMI d.o.o. u ANEX-u 2 naveo je da za LOT 8 daje popust (navedeno niže u tabelarnom pregledu)

| Naziv LOT-a | | Ponudena vrijednost/KM | Ponudena vrijednost/KM nakon uračunatog popusta 4% |
|-------------|---|------------------------|--|
| LOT 8 | Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu sekvencer - četverokapilarni Genetic Analyzer 3130 ili ekvivalent | 56.082,00KM | 53.838,72KM |

NAPOMENA:

Ponude ne uživaju primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

E-AUKCIJA

Komisija je na osnovu svega navedenog izvršila procjenu-bodovanje odgovarajućih ponuda te je na osnovu toga postupila u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i dana 24.09.2020. godine zakazala E aukciju za termine održavanja 28.09.2020. godine za niže navedene LOT-ove:

LOT 3 Kit HSV1/2 PCR aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

LOT 4 Kit EBV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

E aukcija je održana u zakazanom terminu i vremenu, te je po završetku iste od strane Agencije za javne nabavke elektronskim putem dostavljen Izvještaj o toku i završetku E-aukcije (U prilogu Izvještaja).

TABELARNI PRIKAZ PONUDA NA E –AUKCIJI

LOT 3 Kit HSV1/2 PCR aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

| Redni broj | PONUĐAČ | Ponudeni iznos bez PDV-a | Konačna cijena u KM bez PDV-a |
|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | MINERVA MEDICA d.o.o. | 14.000,00KM | 12.400,00KM |
| 2. | MIKRO+POLO d.o.o. | 19.156,00KM | 12.476,00KM |

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

LOT 4 Kit EBV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

| Redni broj | PONUĐAČ | Ponudeni iznos bez PDV-a | Konačna cijena u KM bez PDV-a |
|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | BIOSISTEMI d.o.o. | 1.900,00KM | Nije bilo podnošenja ponuda |
| 2. | MINERVA MEDICA d.o.o. | 3.500,00KM | Nije bilo podnošenja ponuda |
| 3. | MIKRO+POLO d.o.o. | 7.125,00KM | Nije bilo podnošenja ponuda |

LOTOVI ZA KOJE NITI JEDNA DOSTAVLJENA PONUDA NIJE PRIHVAĆENA (ZJN član 69 stav 2 pod d):

LOT 6 Real-time PCR za detekciju/kvantifikaciju Cryptococcus neoformansa - aplikabilno na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 ili ekvivalent

LOT 9 Praćenje rezistencije na terapiju HIV infekcije sekvenciranjem- aplikabilno na validirani software za integrazu (ViroSeq Integrase Software v1.0), aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu Genetic Analyzer 3130 ili ekvivalent

PRIJEDLOG KOMISIJE

Komisija predlaže da se okvirni sporazum za nabavku Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/21/2020, dodjeli dobavljačima:

MINERVA MEDICA d.o.o.

| | | | |
|-------|--|--------------------------|---------------------|
| LOT 2 | Kit CMV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent | u ukupnom iznosu od | 35.000,00KM |
| LOT 3 | Kit HSV1/2 PCR aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent | u ukupnom iznosu od | 12.400,00KM |
| LOT 5 | Reagensi za Real-time PCR za detekciju / kvantifikaciju /genotipizaciju infektivnih agenasa, aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent | u ukupnom iznosu od | 232.280,00KM |
| | | Ukupno bez PDV-a: | 279.680,00KM |
| | | Iznos PDV-a: | 47.545,60KM |
| | | Ukupno sa PDV-om: | 327.225,60KM |

- Rok isporuke traženog materijala ne duže od 30 dana;

Obala Duman *Dr. M. M. Jova*

- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture.

BIOSISTEMI d.o.o.

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------------------|
| LOT 4 | Kit EBV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent | u ukupnom iznosu od | 1.900,00KM |
| LOT 8 | Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu sekvencer - četverokapilarni Genetic Analyzer 3130 ili ekvivalent | u ukupnom iznosu od | 53.838,72KM |
| | | Ukupno bez PDV-a: | 55.738,72KM |
| | | Iznos PDV-a: | 9.475,58KM |
| | | Ukupno sa PDV-om: | 65.214,30KM |

- Rok isporuke traženog materijala 25 dana;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

FARMA d.o.o.

| | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------------|
| LOT 7 | Reagensi za Line Immunoassay i Line Probe Assay aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu AutoLipa 48 ili ekvivalent | u ukupnom iznosu od | 22.680,00KM |
| | | Ukupno bez PDV-a: | 22.680,00KM |
| | | Iznos PDV-a: | 3.855,60KM |
| | | Ukupno sa PDV-om: | 26.535,60KM |

- Rok isporuke traženog materijala 21 dan;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

Urednik *Stela Mlin Jovanović*

MIKRO+POLO d.o.o.

| | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------------|
| LOT 1 | Kitovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina aplikabilni na tehnologiju u vlasništvu ABI 7500 Real Time PCR ili ekvivalent | u ukupnom iznosu od | 52.774,00KM |
| | | Ukupno bez PDV-a: | 52.774,00KM |
| | | Iznos PDV-a: | 8.971,58KM |
| | | Ukupno sa PDV-om: | 61.745,58KM |

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

| | |
|--|----------------------|
| Ukupna vrijednost nabavke po ovom postupku bez PDV-a | 410.872,72KM |
| 17% PDV | + 69.848,36KM |
| Ukupna vrijednost nabavke po ovom postupku sa PDV-om | 480.721,08KM |

REKAPITULACIJA

| Ponudjač | Ukupan iznos bez PDV-a | 17% PDV-a | Ukupan iznos sa PDV-om |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| LOT 1 MIKRO+POLO d.o.o. | 52.774,00KM | 8.971,58KM | 61.745,58KM |
| LOT 2 MINERVA MEDICA d.o.o. | 35.000,00KM | 5.950,00KM | 40.950,00KM |
| LOT 3 MINERVA MEDICA d.o.o. | 12.400,00KM | 2.108,00KM | 14.508,00KM |
| LOT 4 BIOSISTEMI d.o.o. | 1.900,00KM | 323,00KM | 2.223,00KM |
| LOT 5 MINERVA MEDICA d.o.o. | 232.280,00KM | 39.487,60KM | 271.767,60KM |
| LOT 7 FARMA d.o.o. | 22.680,00KM | 3.855,60KM | 26.535,60KM |
| LOT 8 BIOSISTEMI d.o.o. | 53.838,72KM | 9.152,58KM | 62.991,30KM |
| UKUPNO: | 410.872,72KM | 69.848,36KM | 480.721,08KM |

Chalmonny *Stiven Stiller Stamen*

Ostali elementi Okvirnog sporazuma:

- Rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke će biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe;
- Cijene su nepromijenjene za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma;
- Okvirni sporazum se potpisuje na period od **dvadeset četiri mjeseca**.

Na preporuku Komisije imenovane za predmetni postupak javne nabavke donijeta je Odluka kao u dispozitivu.



GENERALNA DIREKTORICA

Prof. dr. Sebiya Izetbegović

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu Odluke o izboru, shodno Članu 99. i Članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Alat... S... S... S...