

Sarajevo, 01-11-3-47506

Broj: 19-10-2020

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke (br. Izvještaja Komsije broj 10-33-4-46888 od 15.10.2020 godine), Generalna direktorica donosi:

### **ODLUKU**

o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku  
„Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/35/2020“

#### **I**

Prihvata se preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke i okvirni sporazumi za nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/35/2020“ koji se dodjeljuje ponuđaču:

#### **„PLUS MEDICAL“doo**

Za LOT 1 prema ponudi broj 10-11-3-41652 od 17.09.2020 godine;

#### **„MEDI FREY“doo**

Za LOT-ove 2, 6 i 7 prema ponudi broj 10-11-3-41853 od 18.09.2020 godine;

#### **„GLOBEX“doo**

Za LOT-ove 3 i 5 prema ponudi broj 10-11-3-41651 od 17.09.2020 godine;

#### **„INEL MEDICINSKA TEHNIKA“doo**

Za LOT 4 prema ponudi broj 10-11-3-41579 od 16.09.2020 godine;

#### **„DERBY TRADE“doo**

Za LOT 8 prema ponudi broj 10-11-3-41857 od 18.09.2020 godine.

#### **II**

Postupak javne nabavke za LOT -ove 9 i 10 se poništava u skladu sa članom 69. Stav 2. tačka a) „nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku“.

#### **III**

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada u svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

#### IV

Obavezuju se ponuđači iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od prijema ove Odluke dostave dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na centralni protokol ugovornog organa, sa obaveznom naznakom broja obavještenja na koji se isti odnose. Ukoliko su isti sastavni dio dostavljene ponude o istom obavezan je pismenim putem obavjestiti Ugovorni organ.

U slučaju da izabrani ponuđač propusti da dostavi dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze ova Odluka će se poništiti.

#### V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

### OBRAZLOŽENJE

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je na portalu Agencije za javne nabavke, e-nabavke, objavio obavještenje o nabavci broj 893-1-1-606/20 objavljeno na portalu E-nabavke 27.08.2020. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je dana 18.09.2020 godine u 11<sup>00</sup> u prostorijama Tehničkog sektora lokalitet bivša Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju KCUS-a.

Od službe Centralnog protokola preuzeto je osam (8) ponuda koje su blagovremeno podnijete, uredno zapečaćene, protokolisane i obilježene po redosljedu prispjeća, od strane sljedećih ponuđača:

1	10-11-3-41424	OMNIA MEDIC d.o.o.	16.09.2020. – 08:00
2	10-11-3-41516	SHIMADZU d.o.o.	16.09.2020. – 12:10
3	10-11-3-41579	INEL MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.	16.09.2020. – 13:25
4	10-11-3-41651	GLOBEX d.o.o.	17.09.2020. – 08:55
5	10-11-3-41652	PLUS MEDICAL d.o.o.	17.09.2020. – 08:56
6	10-11-3-41712	BAWARIAMED d.o.o.	17.09.2020. – 12:00
7	10-11-3-41853	MEDI FREY d.o.o.	18.09.2020. – 08:49
8	10-11-3-41857	DERBY TRADE d.o.o.	18.09.2020. – 09:20

Komisija je konstatovala da su ponude blagovremene, te je pristupila otvaranju istih i svi dokumenti u ponudama su parafirani od strane svih članova Komisije i ovjereni pečatom KCUS od strane referenta Protokola.

Komisija je na sastancima cijnila formalno-pravnu valjanost dokumenata – dokaza dostavljenih uz ponudu radi utvrđivanja profesionalne, ekonomske i druge podobnosti ponuđača za učešće u predmetnom javnom nadmetanju.

Komisija je dalje vršila analizu dostavljenih ponuda.

### **PONUDE KOJE SU PRIHVAĆENE ZA DALJNJU ANALIZU I EVALUACIJU**

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da su kvalificirani ponuđači za dalju ocjenu i vrednovanje prema kriterijima iz tenderske dokumentacije i uporedbu radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za traženo niže navedeni ponuđači:

1	10-11-3-41424	OMNIA MEDIC d.o.o.	16.09.2020. – 08:00
2	10-11-3-41516	SHIMADZU d.o.o.	16.09.2020. – 12:10
3	10-11-3-41579	INEL MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.	16.09.2020. – 13:25
4	10-11-3-41651	GLOBEX d.o.o.	17.09.2020. – 08:55
5	10-11-3-41652	PLUS MEDICAL d.o.o.	17.09.2020. – 08:56
6	10-11-3-41712	BAWARIAMED d.o.o.	17.09.2020. – 12:00
7	10-11-3-41853	MEDI FREY d.o.o.	18.09.2020. – 08:49
8	10-11-3-41857	DERBY TRADE d.o.o.	18.09.2020. – 09:20

Svi podaci iz ponuda kvalificiranog ponuđača unijeti su u tabelarni pregled, te je izvršena procjena ponude po utvrđenom kriteriju iz javnog oglasa i izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterija najniža cijena:

1)	Cijena	učešće	100	%
----	--------	--------	-----	---

Okvirni sporazum će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

#### Napomena:

Dostavljene ponude ne uživaju primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

#### **Komisija je od dole navedenih ponuđača tražila pojašnjenja:**

##### **GLOBEX d.o.o.**

- Dopisom je traženo pojašnjenje neprirodno niske cijene za LOT 3 - Navlake za C-RTG luk, akt broj 10-11-3-42517 od 22.09.2020.godine. **Dostavljeno traženo pojašnjenje, akt broj 60-11-3-42644 od 23.09.2020.**
- Dopisom je tražena dostava uzoraka za LOT 3 Navlake za C-RTG luk, akt broj 10-11-3-43193-4 od 25.09.2020.god. **Dostavljeni traženi uzorci, akt broj 10-11-3-43588 od 29.09.2020.**
- Dopisom je traženo pojašnjenje za odstupanje u cijeni ukupnog iznosa upisanom u Anex-u 3 i elektronskoj formi za LOT 5 Poveske, akt broj 10-11-3-43193-1 od 25.09.2020.godine. **Dostavljeno traženo pojašnjenje, akt broj 10-11-13-43250-1 od 28.09.2020.**

*Al. Anunjan, Jule M. Jan*



#### DERBY TRADE d.o.o.

- Dopisom je traženo pojašnjenje za odstupanje u cijeni ukupnog iznosa upisanom u Anex-u 3 i elektronskoj formi za LOT 8 Aparati za mjerenje krvnog pritiska i stetoskopi, akt broj 10-11-3-43193-2 od 25.09.2020.godine. **Dostavljeno traženo pojašnjenje, akt broj 10-11-3-43244 od 25.09.2020.**
- Dopisom je tražena dostava uzoraka za LOT 8 Aparati za mjerenje krvnog pritiska i stetoskopi, akt broj 10-11-3-43193-3 od 25.09.2020.god. **Dostavljeni traženi uzorci (stavka 1,3 i 4), akt broj 10-11-3-43588-2 od 29.09.2020.**
- Dopisom je traženo pojašnjenje na dostavljene uzorke za LOT 8 Aparati za mjerenje krvnog pritiska i stetoskopi, akt broj 10-11-3-43797 od 30.09.2020.godine i akt broj 10-11-3-43796 od 30.09.2020.godine **Dostavljeni traženo pojašnjenje, akt broj 10-11-3-43860 od 30.09.2020.**

#### INEL MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.

- Dopisom je traženo pojašnjenje za odstupanje u cijeni ukupnog iznosa upisanom u Anex-u 3 i elektronskoj formi za LOT 4 Posudice za bronhoaspiraciju, akt broj 10-11-3-43193 od 25.09.2020.godine. **Dostavljeno traženo pojašnjenje, akt broj 10-11-13-43250 od 28.09.2020.**

#### SHIMADZU d.o.o.

- Dopisom je tražena dostava uzoraka za LOT 3 Navlake za C-RTG luk, akt broj 10-11-3-43193-6 od 25.09.2020.god. **Dostavljeni traženi uzorci, akt broj 10-11-3-43588-1 od 29.09.2020.**

#### OMNIA MEDIC d.o.o.

- Dopisom je tražena dostava uzoraka za LOT 8 Aparati za mjerenje krvnog pritiska i stetoskopi i dostavu kataloga za LOT 2 Kateteri centralni venski, akt broj 10-11-3-43193-5 od 25.09.2020.god. **Dostavljeni traženi uzorci (stavka 1 i 2) i katalog, akt broj 10-11-3-43863 od 30.09.2020. godine.**
- Komisija je dostavljene uzorke od ponuđača prosljedila na uvid O.J. Klinika za ortopediju i traumatologiju, O.J. Klinika za neurohirurgiju i O.J. Pedijatrijska klinika 2, radi ocjene prihvatljivosti ponuđenih materijala.

Dostavljeno traženo mišljenje Klinike za ortopediju i traumatologiju, akt broj 18-11-3-45359 od 08.10.2020., dopuna mišljenja, akt broj 10-11-3-45721 od 09.10.2020; Klinike za neurohirurgiju, akt broj 12-33-6-44719 od 05.10.2020., i Pedijatrijske klinike 2, akt broj 42-11-3-45048 od 06.10.2020.

#### MIŠLJENJE NA OSNOVU DOSTAVLJENIH UZORAKA I KATALOGA

##### **LOT 2 Kateteri centralni venski**

Mišljenje O.J. Pedijatrijska klinika 2 na dostavljeni katalog ponuđača OMNIA MEDIC d.o.o.;

##### **Obrazloženje Klinike:**

Nakon pregledanog dostavljenog kataloga kompanije "Balton" za centralne venske katetere, te konsultacije sa intenzivistima koji plasiraju centralne venske katetere pedijatrijskim pacijentima, mišljena smo da ponuđeni CVK od strane kompanije "BALTON" ne zadovoljavaju kvalitetom potrebe pedijatrijskih pacijenata zbog sljedećeg:

- materijal od kojeg su napravljeni je isuviše krut, "tvrd" !
- žica-vidič putem kojih se kateter plasira, lako se se "knikuje" – lomi te postaje neupotrebljiv!

##### **LOT 3 Navlake za C-RTG luk**

Mišljenje O.J. Klinike za neurohirurgiju na dostavljene uzorke ponuđača SHIMADZU d.o.o.;

##### **Obrazloženje Klinike:**

Navlake za c-rtg luk kat.br 16131506 ne odgovaraju našim potrebama jer bočna strana ne prekriva kompletan c-luk.

*Obrazloženje* *Dr. M. M. Jau.*

Mišljenje O.J. Klinike za neurohirurgiju na dostavljene uzorke ponuđača GLOBEX d.o.o.;

**Obrazloženje Klinike:**

Navlake za C-RTG luk kat.br 33155 su pogodnije I svojim specifikacijama i veličinama one odgovaraju našim potrebama.

- Mišljenje O.J. Klinike za ortopediju i traumatologiju na dostavljene uzorke ponuđača SHIMADZU d.o.o.;

**Obrazloženje Klinike:**

Klinika je testirala dostavljene uzorke i utvrdila sljedeće:

LOT3-Navlake za C-RTG luk(kat.br.16131506) po svojoj veličini ne odgovaraju C-RTG luku koji posjeduje naša Klinika, dakle ne pokrivaju cijeli C luk.

Ponudene su dimenzije trodjelnih RTG -C-luk nastavaka

- 31x182 cm
- 76x91 cm
- 100x50cm

Navedene dimenzije ne pokrivaju cijeli RTG (PREMALE) C luk koji posjeduje naša Klinika i kao takve ostavljaju RTG C luk nesterilnim što je primarna i jedina funkcija RTG navlake za C luk. Naime, na većini operativnih zahvata je neophodno da RTG C LUK bude STERILAN.

Iz gore navedenog zaključujemo da navlake REF 16131506 NE ZADOVOLJAVAJU OSNOVNE kriterije potrebne za RTG navlaku za C LUK -sterilnost C LUK-a

Mišljenje O.J. Klinika za ortopediju i traumatologiju na dostavljene uzorke ponuđača GLOBEX d.o.o.;

**Obrazloženje Klinike:**

Navlake za C-RTG (kat.br.33155) se koristi na našoj Klinici i odgovara našem C-RTG luku.

- **LOT 8 Aparati za mjerenje krvnog pritiska i stetoscopi**
- Mišljenje O.J. Pedijatrijska klinika 2 na dostavljene uzorke ponuđača OMNIA MEDIC d.o.o.;

**Obrazloženje Klinike:**

Mišljenje klinike je da ponudeni materijal odgovara.

Mišljenje O.J. Pedijatrijska klinika 2 na dostavljene uzorke ponuđača DERBY TRADE d.o.o.;

**Obrazloženje Klinike:**

Mišljenje klinike je da ponudeni materijal odgovara.

**LOT-OVI ZA KOJE NISU PRIHVACENE PONUDE**

**BAWARIAMED d.o.o.**

- **LOT 8 Aparati za mjerenje krvnog pritiska i stetoscopi**  
Ponuda za gore navedeni LOT nije prihvaćena, jer nije dostavljena u skladu sa traženim u tenderskoj dokumentaciji.

**1. 3. PODACI O PONUDI**

**3.1 Sadržaj ponude i način pripreme ponuda**

*1) Ponuđači su obavezni dostaviti, kao sastavni dio ponude, Prilog Aneksa 3 u elektronskoj formi na CD-u. Prilikom unosa podataka u tabele date na CD-u nisu dozvoljene nikakve izmjene formata i unešenog teksta u tabele. Ponuđači su obavezni dostaviti identično popunjene tabele u pisanoj i elektronskoj formi. (CD dostaviti samo uz original ponude);*

*Aladin* *Štefica Štefica*



### **Obrazloženje:**

Ponudač nije dostavio ponudu u skladu sa Tenderskom dokumentacijom tj. na CD-u je snimljen skeniran ANEX 3 u PDF formatu, a nije dostavljen popunjen „prilog ANEX-a 3“ kako je to traženo tenderskom dokumentacijom koji je bio objavljen na portalu javnih nabavki. Podatci dostavljeni na CD-u se nisu mogli koristiti u radu Komisije. Komisija ponudu kao takvu, a u skladu sa navedenim ne može prihvatiti.

2. *U skladu sa tenderskom dokumentacijom Tačkom 3.1 pod c) traženo je :*  
***Popunjen Anex 3 na originalnom obrascu iz tenderske dokumentacije.***

*Ponudač je dostavio Anex 3 koji nije originalan, samim tim nije potpisan i ovjeren od strane šefa Kliničke Apoteke KCUS-a.*

### **PLUS MEDICAL d.o.o.**

#### **LOT 4 Posudice za bronhoaspiraciju**

Ponuda nije prihvaćena, jer nije dostavljena u skladu sa traženom u tenderskoj dokumentaciji.

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

b.) Ponudač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim priložima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent/upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponudač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

#### **Obrazloženje:**

Ponuda nije prihvaćena, jer ponuđeni materijal nije registrovan. Obzirom da je drugi ponudač dostavio ponudu koja je registrovana Komisija nije uzela u razmatranje ponudu za gore navedeni LOT.

### **OMNIA MEDIC d.o.o.**

#### **LOT 2 Kateteri centralni venski**

Ponuda nije prihvaćena, obrazloženje Klinike navedeno gore u Izvještaju.

### **SHIMADZU d.o.o.**

#### **LOT 3 Navlake za C-RTG luk**

Ponuda nije prihvaćena, obrazloženje Klinika navedeno gore u Izvještaju.

### **LOTOVI ZA KOJE NIJE DOSTAVLJENA NITI JEDNA PONUDA (ZJN član 69 stav 2 pod a):**

LOT 9 Obloge toplo-hladno

LOT 10 Narukvice za identifikaciju

## E –AUKCIJA

Komisija je na osnovu svega navedenog izvršila procjenu –bodovanje odgovarajućih ponuda, te je na osnovu toga postupila u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i dana 09.10.2020. godine zakazala E aukciju za termin održavanja 12.10.2020. godine, a za niže navedeni LOT :

- LOT 8 Aparati za mjerenje krvnog pritiska i stetoscopi

### **TABELARNI PRIKAZ PONUDA NA E –AUKCIJI**

#### **LOT 8 Aparati za mjerenje krvnog pritiska i stetoscopi**

Redni broj	PONUĐAČ	Ponuđeni iznos u KM bez PDV-a	Konačna cijena u KM bez PDV-a
1.	DERBY TRADE d.o.o.	19.980,00	15.980,00
2.	OMNIA MEDIC d.o.o.	19.980,00	16.000,00

#### **Napomena:**

Konačna cijena ponuđača Derby trade d.o.o. nakon e aukcije se podudara sa cijenom koju je dobila Komisija nakon umanjivanja jedinične cijene koju je ponuđač i potvrdio, akt broj 10-11-3-46159 od 13.10.2020.

### PRIJEDLOG KOMISIJE

Komisija predlaže da se okvirni sporazum za nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/35/2020“ dodjeli dobavljačima:

#### **PLUS MEDICAL d.o.o.**

LOT 1 Kateteri za dugotrajno korištenje	vrijednost bez PDV-a:	99.960,00KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>99.960,00KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>16.993,20 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>116.953,20 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a ;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

*Ala... Jaka... Jaka...*

**MEDI FREY d.o.o.**

LOT 2 Kateteri centralni venski	vrijednost bez PDV-a:	49.000,00KM
LOT 6 Set za kontinuiranu aspiraciju zraka i tečnosti	vrijednost bez PDV-a:	8.000,00KM
LOT 7 Kateteri Foley dvožilni	vrijednost bez PDV-a:	81.781,00KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>138.781,00 KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>23.592,77 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>162.373,77 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**GLOBEX d.o.o.**

LOT 3 Navlake za C-RTG luk	vrijednost bez PDV-a:	4.500,00KM
LOT 5 Poveske	vrijednost bez PDV-a:	5.386,00KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>9.886,00 KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>1.680,62 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>11.566,62 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**INEL MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.**

LOT 4 Posudice za bronhoaspiraciju	vrijednost bez PDV-a:	9.500,00KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>9.500,00KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>1.620,00 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>11.120,00 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 7 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

*Chauvin* *Šim Šim Šava*



**DERBY TRADE d.o.o.**

LOT 8 Aparati za mjerenje krvnog pritiska i stetoscopi	vrijednost bez PDV-a:	15.980,00KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>15.980,00KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>2.716,60 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>18.696,60 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**REKAPITULACIJA**

LOT	Ponudač	Ukupan iznos bez PDV-a u KM	Iznos PDV-a u KM	Ukupan iznos sa PDV-om u KM
LOT 1	PLUS MEDICAL d.o.o.	99.960,00	16.993,20	116.953,20
LOT 2	MEDI FREY d.o.o.	49.000,00	8.330,00	57.330,00
LOT 3	GLOBEX d.o.o.	4.500,00	765,00	5.265,00
LOT 4	INEL MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.	9.500,00	1.620,00	11.120,00
LOT 5	GLOBEX d.o.o.	5.386,00	915,62	6.301,62
LOT 6	MEDI FREY d.o.o.	8.000,00	1.360,00	9.360,00
LOT 7	MEDI FREY d.o.o.	81.781,00	13.902,77	95.683,77
LOT 8	DERBY TRADE d.o.o.	15.980,00	2.716,60	18.696,60
	<b>UKUPNO:</b>	<b>274.107,00</b>	<b>46.603,19</b>	<b>320.710,19</b>

**Ostali elementi Okvirnog sporazuma:**

- Rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke će biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe;
- Cijene su nepromijenjene za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma;
- Okvirni sporazum se potpisuje na period od **12 (dvanaest) mjeseci ili utroška ukupnih sredstava na koje se ovaj Sporazum zaključuje.**

*Okvirni sporazum*      *Stavak 11.11.11*

Na preporuku Komisije imenovane za predmetni postupak javne nabavke donijeta je Odluka kao u dispozitivu.



GENERALNA DIREKTORICA

Prof.dr. Sebija Izetbegović

**PRAVNA POUKA:**

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci, koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu Odluke o izboru, shodno Članu 99. i Članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.