

PRJAVLJENO 21.11.

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI  
BROJ OP-24/18  
(Nabavka UV lampe za vene)**

**Zaključen** između ugovornih strana:

**1. Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova br. 11, ID broj 4200174570004, koju zastupa generalni direktor mr.sci.med.prim.dr. Fuad Husić ( u daljem tekstu: **Naručilac**)

**i**

**2. Diamedic d.o.o.**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Nike Kolumbića Šake broj 22, ID broj 4200072730007, koju zastupa direktor Dubravko Barbarić, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

Ugovorne strane su saglasne u sljedećem:

**I Osnova za zaključenje ugovora**

**Član 1.**

Osnov za zaključenje ugovora je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-03-4444/18 od 17.05.2018.godine, u postupku javne nabavke broj OP 24/18.

Ovim ugovorom ugovorne strane utvrđuju vrstu i količinu robe koju će izvršilac isporučiti naručiocu, međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

**II Predmet ugovora**

**Član 2.**

Predmet ugovora je nabavka i isporuka **UV lampe za vene**, za potrebe Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, bliže specificirana u ponudi Izvršioca, koja je sastavni dio Ugovora.

Predmet ugovora koji se isporučuje mora biti bez ikakvih oštećenja, proizvodnih nedostataka i da zajedno sa pratećom dokumentacijom kao cjelinom, ispunjava postavljene tehničke zahtjeve.

**III Ukupna vrijednost ugovora**

**Član 3.**

Ukupna vrijednost ugovora iz člana 2. Ugovora, sa uključenim PDV-om iznosi:

**40.898,52 KM**

(Slovima:četrdesethiljadaosamstotinadevedesetosam KM i 52 pf).



#### **IV Obezbjedenje sredstava**

##### **Član 4.**

Sredstva u iznosu iz člana 3. Ugovora, obezbjedit će Naručilac iz namjenskih sredstava Ministarstva zdravstva KS.

#### **V Cijena**

##### **Član 5.**

Za isporučenu robu važe cijene iz tenderske ponude koje se ne mogu mijenjati, a sastavni su dio ovog ugovora.

#### **VI Stupanje na snagu ugovora**

##### **Član 6.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Izvršioca i traje do isporuke, instalacije i puštanja u rad predmeta nabavke u skladu sa Aneksom 2 tenderske dokumentacije.

#### **VII Rok i način isporuke**

##### **Član 7.**

Rok isporuke predmeta Ugovora je najduže u roku do 30 dana od dana prijema narudžbenice.

Izvršilac je dužan da 3 (tri) dana prije predviđene i planirane isporuke predmeta ugovora, o tome obavijesti ovlaštenog predstavnika Naručioca (šef Tehničke službe), koji određuje dinamiku i mjesto isporuke predmeta Ugovora.

Prilikom isporuke predmeta ugovora Izvršilac je obavezan predati ovjerenu i potpisanu izjavu da predmet ugovora nema nikakvih nedostataka i da je u svemu u skladu sa prihvaćenom ponudom.

##### **Član 8.**

Predmetna roba mora biti osigurana od mjesta utovara do mjesta odredišta od nastupanja eventualne štete u transportu za koju odgovornost snosi Izvršilac.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Izvršilac dostavio ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka - vidljivi nedostaci, Naručilac odmah, bez odlaganja obavještava Izvršioca da iste otkloni ili zamijeni robom ugovorenih karakteristika u skladu sa tehničkim zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

##### **Član 9.**

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada se u mjestu isporuke izvrši kvantitativan i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju najmanje dva odgovorna lica koje odredi direktor orgnizacione jedinice na licu mjesta i najmanje jedno ovlašćeno lice Izvršioca.

Zapisnik iz predhodnog stava i dostavljena faktura Naručiocu, predstavljaju osnov za plaćanje ugovorne cijene.



## VIII Garantni rok i garancija za dobro izvršenje

### Član 10.

Izvršilac je odgovoran za ispravnost predmeta Ugovora u garantnom roku.

Izvršilac odobrava garanciju na predmet ugovora u trajanju od 12 mjeseci, sa svim garantnim pravima.

Garancija počinje teći danom stavljanja predmeta Ugovora u funkciju, do kada je Izvršilac obavezan, uz isporučeni predmet Ugovora dostaviti i uredno ovjeren garantni list.

### Član 11.

U slučaju kvara aparata u garantnom roku, Izvršilac je dužan da obezbjedi dolazak ovlaštenog servisera na lice mjesta, u roku koji ne može biti duži od 48 sati, računajući od dana prijema poziva.

Svi troškovi popravke predmeta Ugovora u garantnom roku padaju na teret Izvršioca.

Za svaki dan nefunkcionisanja predmeta Ugovora u garantnom roku, garancija se produžava.

Ukoliko Izvršilac, u vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati predmet Ugovora u funkcionalno stanje u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je da izvrši zamjenu rashladnog uređaja sa novim, o svom trošku, koji mora biti istih ili boljih tehničkih karakteristika od ugovorenih.

### Član 12.

Izvršilac je obavezan da Naručiocu, najkasnije prilikom potpisivanja ugovora, na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza, preda bankovnu garanciju u visini od 3% ugovorene vrijednosti robe, koja je neopoziva, безусловna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv. Garancija mora da važi do okončanja ugovorenog roka isporuke.

Naručilac je obavezan izvršiti povrat garancije po izvršenoj isporuci robe.

Forma bankovne garancije određena je članom 6. Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14).

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa Izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

## IX Način i uslovi plaćanja

### Član 13.

Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, plaćanje predmeta ugovora vršit će se u roku do 30 dana od dana ispostavljene fakture.

## X Ostale odredbe

### Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove koji eventualno nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, rješavati sporazumno, dok će u suprotnom biti naležan Sud u Sarajevu.

### Član 15.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 16.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Izvršioca, a sačinjen je u primjeraka od kojih Naručilac zadržava četiri primjerka (SEFP, Koordinator za Laboratoriju, STP, JN) a Izvršilac, jedan primjerak.

**NARUČILAC**  
Javna ustanova Dom zdravlja  
Kantona Sarajevo

Generalni direktor

  
Mr. sci. med. prim. dr. Fuad Husić  
Spec. porodične i obiteljske medicine



**IZVRŠILAC**  
Diamedic d.o.o.  
Sarajevo

Direktor

  
Dubravko Barbarić



Dana, 17-07-2018  
Broj: 01-03-4444-7/18

Dana, 18.07.2018  
Broj: 1720-u/2018



Aneks 2

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponuđača: DIAMEDIC DOO

Adresa ponuđača: NIKE KOLUMBIĆA ŠAKE 22

Kontakt telefon: 033 776 291

Kontakt osoba : ADNAN MIROJEVIĆ

Predmet nabavke

Nabavka UV lampe za vene

Evidencijski broj : OP 24/18

B	Opis robe	Proizvođač	Model aparata	Jed. mjere	Količ.	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM
	Uređaj za prikazivanje vena prilikom venepunkcije	CHRISTIE MEDICAL HOLDINGS	VEN YLEXER FLEX	kom	4	8739,00	34.956,00
POPUST %							/
Vrijednost bez PDV-a sa uračunatim popustom							/
PDV 17 %							5942,52
UKUPNA VRIJEDNOST SA PDV-om u KM							40.898,52
Svima ukupno sa PDV-om:		ČETIRDESET HILTJADA OSAMSTO DNEVDESET OSAM KM I PEDESET DVA KPF					

Rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja fakture

Rok isporuke: 30 dana od dana prijema narudžbenice

Garantni rok na aparate: 12 MJESECI

Mjesto isporuke: JU Dom zdravlja KS

Sastavni dio obrasca sa cijenu ponude je obrazac Tehničke specifikacije Aneks 2a

SARAJEVO 05.06.2018

Potpis i pečat ponuđača




**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**
**PREDMET NABAVKE: NABAVKA UV LAMPE ZA VENE**  
 Evidencijski broj OP 24/18

	Opis	Da	Ne
1.	Prenosivi uređaj za prikaz potkožnih vena radi lakšeg pristupa prilikom venepunkcije i lakšeg pronalaska optimalnog mjesta venepunkcije.	DA	
2.	Uređaj treba služiti za pronalazak, venepunkciju i prikaz potkožnih vena prije i nakon procedure vađenja krvi, kao i za prikaz povreda vene nastalih prilikom venepunkcije.	DA	
3.	Uređaj treba posjedovati HD rezoluciju i Df tehnologiju (digital full field).	DA	
4.	Uređaj treba koristiti „infrared“ tehnologiju za prikazivanje toka vena i okolnog tkiva	DA	
5.	Uređaj treba koristiti AVIN (Active Vascular Imaging Navigation) tehnologiju za prikazivanje tkiva od minimalno 15 mm dubine i vena, bifurkacija i valvula na dubini od minimalno 10 mm	DA	
6.	Uređaj treba prikazivati realnu sliku toka vena i okolnog tkiva	DA	
7.	Uređaj treba koristiti svjetlosni fluks od minimalno 5 lumena.	DA	
8.	Težina uređaja treba biti maksimalno 0,8 kg	DA	
9.	Uređaj za rad treba koristiti litijum jon bateriju za minimalno 2 sata kontinuiranog rada	DA	
10.	Uređaj ne treba zagrijavati niti zračiti površinu koju prikazuje i mora biti lagan za korištenje	DA	
11.	Uređaj mora biti otporan i dugotrajan	DA	
12.	Uz uređaj treba da se isporuči sav pribor za nesmetan rad: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodaci za fiksiranje</li> <li>- adapter za struju</li> <li>- dvije litijum jon punjive baterije sa punjačem</li> <li>- USB kabal za povezivanje sa računarom</li> <li>- Torbicu</li> <li>- Uputstvo za upotrebu</li> </ul>	DA	

SARAJEVO 05.06.2018.

