

## UGOVORNE STRANE

1. **JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO**, Ul.Kolodvorska 14, 71 000 Sarajevo, (u daljem tekstu: kupac) koga zastupa direktor mr. sc. dr. Adem Zalihić
2. **BROMA BEL d.o.o**, Ul. Branka Popovića 39, 78 000 Banja Luka, (u daljem tekstu: prodavac) koga zastupa generalni direktor Daliborka Javor, dipl.iur.

## PREDMET UGOVORA

### Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatiraju da se ovaj ugovor zaključuje na temelju Odluke o dodjeli ugovora o nabavci medicinske opreme-EKG 12. kanalni, broj 01-2209/19-5 od 19.4.2019.godine, koja je donesena nakon provedenog postupka po pravilima Direktnog sporazuma za javne nabavke roba.

### Član 2.

Predmet ovog ugovora je nabavka medicinske opreme –EKG 12.kanalni, kojim se prodavac obavezuje da će za potrebe kupca izvršiti isporuku, prema prihvaćenoj ponudi broj: PO-1162-6/19, zaprimljena na protokol Zavoda broj 2323 dana 17.10.2019.godine, a koja čini sastavni dio ovog ugovora.

## CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

### Član 3.

Vrijednost ovog ugovora je: 2.950,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.451,50 KM sa PDV-om.

### Član 4.

Kupac se obavezuje da će prodavcu izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.

### Član 5.

Izvršioc se obavezuje da za vrijeme trajanja ovog ugovora neće mijenjati ponuđene cijene koje su navedene u prihvaćenoj ponudi.

## MJESTO I ROK ISPORUKE

### Član 6.

Prodavac se obavezuje da će robu isporučiti u naznačenoj količini, odgovarajućoj kvaliteti i u ugovorenom roku odmah po prijemu narudžbenice.Roba će se isporučiti u centralnom objektu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Kolodvorska 14, 71 000 Sarajevo.

#### Član 7.

Kupac je dužan nakon primopredaje robe, uredno potpisati otpremnicu, ovjeriti je i upisati datum preuzimanja iste.

Ako Kupac pri preuzimanju robe, a najkasnije u roku od 3 dana od dana preuzimanja, ustanovi određene nedostatke, u smislu kvaliteta, dužan je o tome putem sastavljenog zapisnika odmah obavijestiti Prodavca, radi uklanjanja naznačenih nedostataka, a Prodavac je dužan zamijeniti isporučenu robu.

#### OSTALE ODREDBE

#### Član 8.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

#### Član 9.

Kupac može jednostrano raskinuti ovaj ugovor, ako utvrdi da Prodavac ugovorene obaveze obavlja suprotno preuzetim obavezama iz članova 3.,5.,6. ovog ugovora. U tom slučaju Prodavac je obavezan snositi svu štetu nastalu raskidom ovog ugovora.

#### Član 10.

Eventualne sporove koji nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

#### ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 11.

Ovaj ugovor se primjenjuje danom potpisivanja od obje ugovorne strane i traje 12 mjeseci, a sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po dva primjerka.

Prodavac  
Broma bel d.o.o

Daliborka Javor, dipl.iur

64.342/19

30.04.2019.



Kupac

JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS

mr.sc. dr. Adem Zalihić

Datum

2427  
23.04.19

"BROMA BEL" d.o.o. za promet lijekova i medicinskih sredstava  
Branka Popovića 39, 78000 BANJA LUKA, Republika Srpska, BiH  
tel/fax (+387) 51 586-925, 586-929, 509-650  
e-mail: bromabel@blic.net

**PONUDA br: PO-1162-6/19**

**JU ZAV.ZA HITNU MED.POMOĆ KANTONA  
SARAJEVO  
71000 SARAJEVO  
Kolodvorska 14**

Datum: 17.04.2019  
Mjesto: BANJA LUKA  
Opcija: 17.04.2019

**JIB:4200014530006**

Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena po jed.	Rab.%	Cijena bez PDV	Iznos	PDV%	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
0.025000	CARDIOVIT AT-2 PLUS	kom	1	2.950,00	0	2.950,00	2.950,00	17	501,50	3.451,50	3.451,50

12-kanalni EKG aparat sa 6-kanalnim ispisom (2 x 6 kanala)  
Aparat se isporučuje se svim priborom za rad. Aparat ima instaliranu opciju interpretacije.

Proizvođač Schiller AG Švajcarska  
Isporuka odmah po narudžbi  
Garancija 12 mjeseci  
Obuka i podrška u garantnom i vangarantnom roku  
Plaćanje 30 dana od danas isporuke.

2326  
17.04.19

**Ukupno: 2.950,00**  
**PDV: 501,50**

**ZA UPлатU: 3.451,50**

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	17,00	2.950,00	501,50
		<b>Ukupno:</b>	<b>501,50</b>

**Slovima: trihiljadečetiristopedesetjednamarka i 50/100**

Dr. Nemanja Mocić  
DOKTOR MEDICINE  
Broma Bel d.o.o.

## EKG 6/12 ODVODA

6/12 kanalni, strujno-baterijski EKG aparat sa kapacitetom baterije od minimalno 3 časa

- Aparat mora da posjeduje LCD ekran minimalnih dimenzija 120x90 mm za prikaz sljedećih podataka:
  - 3-kanalni EKG u realnom vremenu (prikaz grupe EKG kanala po izboru korisnika)
  - Aktuelnu srčanu frekvencu
  - Aktuelna brzina EKG signala
  - Aktuelna amplituda EKG signala
  - Napajanje aparata: nastruju / nabaterije
  - Kontakt pacijenta sa svakom elektrodom pojedinačno: dobar kontakt/spala elektroda
  - Stanje filtera EKG signala: uključen / isključen
- Aparat mora da posjeduje automatski i manuelni režim rada
- aparat mora da posjeduje standardicabrerarežimelektroda
- sampling rate minimalno 1000 Hz
- aparat mora da posjeduje 6/12-kanalni termoštampač sa opcijama brzine 5-10-25-50 mm/s
- automatski ili manuelni izbor amplitude QRS signala: 5-10-20 mm/mV
- aparat prije početka štampe izvještaja mora da posjeduje mogućnost automatskog podešavanja bazne linije
- za štampu izvještaja aparat koristi termo papir, A4 formata, minimalne širine 210mm
- aparat mora da posjeduje vodootpornu, alfanumeričku komandnu tastaturu sa izdržljivim gumenim tipkama. Folijska tastatura nije prihvatljiva.
- Aparat mora da posjeduje mogućnost zvučnog registrovanja QRS kompleksa
- Aparat mora da posjeduje mogućnost podešavanja više različitih formata izvještaja
- Aparat mora da posjeduje integrisan mišićni tremor filter i filter zastabilizaciju bazne linije
- Aparat mora da posjeduje memoriju za minimalno 40 snimljenih EKG-a
- Aparat mora da posjeduje softver za mjerenje i interpretaciju EKG nalaza
- Aparat mora da posjeduje mogućnost štampanja kopije ili prenosna PC računar ranije snimljenog EKG-a iz aktuelne memorije
- Aparat mora da posjeduje integrisan min. 1x RS-232 interfejs
- Aparat mora da posjeduje integrisanu opciju spirometrije sa senzorom za izvođenje testa spirometrije povezanim preko RS-232 interfejsa
- Uz aparat isporučuje se pripadajući pribor
  - EKG pacijent kabl / 1 kom.
  - Grudno-uisne elektrode / 6 kom
  - Ekstremitetne elektrode - štikaljke / 4 kom
  - Strujni kabl / 1 kom
  - Pakovanje papira / 1 kom
  - Uputstvo za upotrebu