

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI MEDICINSKE OPREME LOT 3

UGOVORNE STRANE

1. **JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO**, Ul.Kolodvorska 14, 71 000 Sarajevo, (u daljem tekstu: kupac) koga zastupa direktor mr. sc. dr. Adem Zalihić
2. **INEL BH d.o.o**, Ul. Aleja ljiljana bb, 74250 Maglaj, (u daljem tekstu: prodavac) koga zastupa direktor Amir Alibajraktarević

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatiraju da se ovaj ugovor zaključuje na temelju Odluke o dodjeli ugovora o nabavci medicinske opreme Lot 3-5 /pet/ transportnih defibrilatora, broj 01-33417/18-3 od 24.10.2018.godine, koja je donesena nakon provedenog postupka po pravilima Otvorenog postupka za dostavljanje ponuda za javne nabavke roba.

Član 2.

Predmet ovog ugovora je nabavka medicinske opreme -5 /pet/ transportnih defibrilatora, kojim se prodavac obavezuje da će za potrebe kupca izvršiti isporuku, prema prihvaćenoj ponudi broj: AB-P-765/18, zaprimljena na protokol Zavoda broj 33405 dana 12.10.2018.godine, a koja čini sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Vrijednost ovog ugovora je: 145.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 169.650,00 KM sa PDV-om.

Član 4.

Kupac se obavezuje da će prodavcu izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.

Član 5.

Izvršioc se obavezuje da za vrijeme trajanja ovog ugovora neće mijenjati ponuđene cijene koje su navedene u prihvaćenoj ponudi.

MJESTO I ROK ISPORUKE

Član 6.

Prodavac se obavezuje da će robu isporučiti u naznačenoj količini, odgovarajućoj kvaliteti i u ugovorenom roku od 50 dana od dana potpisivanja ugovora u centralnom objektu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Kolodvorska 14, 71 000 Sarajevo.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI MEDICINSKE OPREME LOT 3

Član 7.

Kupac je dužan nakon primopredaje robe, uredno potpisati otpremnicu, ovjeriti je i upisati datum preuzimanja iste.

Ako Kupac pri preuzimanju robe, a najkasnije u roku od 3 dana od dana preuzimanja, ustanovi određene nedostatke, u smislu količine robe koja je isporučena ili njenog kvaliteta, dužan je o tome putem sastavljenog zapisnika odmah obavijestiti Prodavca, radi uklanjanja naznačenih nedostataka, a Prodavac je dužan zamijeniti isporučenu robu.

OSTALE ODREDBE

Član 8.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

Kupac može jednostrano raskinuti ovaj ugovor, ako utvrdi da Prodavac ugovorene obaveze obavlja suprotno preuzetim obavezama iz članova 3., 5., 6. i 7. ovog ugovora. U tom slučaju Prodavac je obavezan snositi svu štetu nastalu raskidom ovog ugovora.

Član 10.


Eventualne sporove koji nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Ovaj ugovor se primjenjuje danom potpisivanja od obje ugovorne strane i traje 12 mjeseci, a sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po dva primjerka.


Prodavac
INEL BH d.o.o


Amir Alibajraktarević

AA-4-957/18
10.12.2018.

INEL BH
Društvo za promet medicinskom opremom
i potrošnim materijalom d.o.o.
MAGLAJ

Kupac
JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS


mr. sc. dr. Adem Zalihić

Datum

33724
03.12.18



„INEL BH“ d.o.o.

Društvo za promet medicinskom opremom i potrošnim materijalom

tel: +387/32/604-454 fax: +387/32/604-200
www.inelbh.com.ba info@inelbh.com.ba



U Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajeva
Čolovićeva 14
71 000 Sarajevo

Maglaj, 01.10.2018. god.

Broj: AB-P-765/18

PREDMET: Ponuda za LOT 3- 5 (pet) transportnih defibrilatora/ monitora

VEZA: Tenderska dokumentacija za nabavku roba (medicinsko tehničke opreme za vozila Zavoda); broj protokola: 32935-2; broj nabavke: 76; broj obavještenja o nabavci: 39-1-1-131-3-53/18 od 21.09.2018. godine

Poštovani,

Na osnovu gore navedenog postupka nudimo vam sljedeće:

KB	Kat. Br.	Opis	Kol	CIJENA bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV-a
01	99577-001389	Transportni defibrilator, Physio-Control – Lifepak 15 <ul style="list-style-type: none">- Manuelna i poluautomatska bifazna defibrilacija sa sinhroniziranim modom, neinvazivnim pacing-om i monitoringom EKG-a energije od 2 J – 360 J- AED mod za automatsku analizu EKG-a i automatsko tretiranje pacijenta eskalacijom energije do 360 J- Isporuca energija tvrdim papučicama (pedale) za isporuku energije odraslim i djeci i s mogućnošću defibrilacije pomoću jednokratnih elektroda- Tvrde papučice za defibrilaciju sa obaveznom mogućnosti odabira energije punjenja, pokretanja printera i uključivanja elektrošoka na papučici defibrilatora s dvije ruke- Mogućnost snimanja 12 kanalnog EKG-a s 10-žilnim kablom- Mjerenje SpO2 metodom neosjetljivom na pomak ruke pacijenta, sa mogućnošću nadogradnje SpCO i SpMetH modula, i mjerenjem sva tri parametra jednim senzorom- Mogućnost nadogradnje modula za mjerenje CO2 – kod intubiranih i neintubiranih pacijenata. CO2 senzor integriran u aparat- Mogućnost nadogradnje modula za mjerenje 2 kanala IBP – istovremeno praćenje arterijskog i venskog pritiska- Trend analiza ST segmenta 12 kanalnog EKG signala po svim odvodima sa prikazom trenda na jednom od kanala na ekranu za vrijeme trajanja čitave intervencije- Trend analiza SpO2 i NIMB parametara sa prikazom trenda na jednom od kanala na ekranu za vrijeme trajanja čitave intervencije- Termički printer širine min 100mm s preglednim	5	29.000,00	145.000,00

„INEL BH“ d.o.o.
Društvo za promet medicinskom opremom i potrošnim materijalom
Maglaj

5



„INEL BH“ d.o.o.

Društvo za promet medicinskom opremom i potrošnim materijalom

tel: +387/32/604-454 ↔ fax: +387/32/604-200
www.inelbh.com.ba ↔ info@inelbh.com.ba



- paralelnim ispisom 3 kanala
- Rad sa min. dvije samostalne Li Ion baterije s mogućnošću zamjene baterije bez prekida rada uređaja
 - Kapacitet baterija min. 10 Ah
 - Punjenje baterija mora biti osigurano u vozilu na 220V i 12 V
 - Kolor monitor sa ispisom 3 krivulje ili više - dijagonala monitora min 20 cm ili više
 - Inverzni mod rada monitora za rad pod uvjetima jakog sunčevog osvjetljenja, nezasljepljujući
 - Otporan na prašinu i vlagu po standardu IP44 ili bolje
 - Mogućnost telemedicinskog prijenosa podataka pomoću bluetooth, WiFi i modemske komunikacije
 - Vanjski srčani stimulator (pacemaker) s mogućnošću "fiksno" ili "na zahtjev" odašiljanja impulsa stimulacije. Stimulacija se vrši preko samoljepljivih elektroda. Maksimalna struja stimulacije 200mA
 - Zvučni metronom sa otkucajima 100 masaža/min i signalom za ventilaciju, pri kardiopulmonalnoj reanimaciji
 - Atesti i certifikati uređaja u skladu s europskim normama i standardima

UKUPNO BEZ PDV-a: 145.000,00 KM

PDV 17%: 24.650,00 KM

UKUPNO SA PDV-om: 169.650,00 KM

Plaćanje: 30 dana od dana isporuke robe
Rok isporuke: 50 dana od dana potpisivanja ugovora
Paritet: fco kupac
Validnost ponude: 90 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda

S poštovanjem,

„INEL BH“ d.o.o.
Društvo za promet medicinskom opremom i potrošnim materijalom
Amir Alibajraković
DIREKTOR
MAGLJAJ

„INEL BH“ d.o.o.
Društvo za promet medicinskom opremom i potrošnim materijalom
MAGLJAJ